



Датум: 28.08.2015. године
Број: 1386.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ У КЦС
Број јавне набавке: 313К/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара –ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ У КЦС, број 313К/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 12.08.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање бр.1:

„На страни 13 конкурсне документације, у обрасцу понуде (Прилог бр. 3), део „Понуђена цена обухвата“, тачка г), Наручилац наводи: „Понуђана цена обухвата... г) Бесплатне превентивне сервисне прегледе и замену сетова (ако за њима постоји потреба) за све време трајања гарантног периода, а по препоруци произвођача (обавезна је достава изјаве произвођача о динамици превентивних прегледа и потребним сетовима за замену, ако за њима постоји потреба)“ Такође, на страни 25, у оквиру модела уговора (Прилог бр. 6), тачка 9.2, Наручилац наводи: „Добављач је дужан да преко овлашћеног сервисера обезбеди редовно сервисирање добара у гарантном року. Превентивни сервисни прегледи добара за све време трајања гарантног периода, а дефинисани по препоруци произвођача су бесплатни, као и замена сетова (ако такви постоје) и ако је то препоручено од стране произвођача уговореног добра.“

Коментар / Питање: Према нашем тумачењу Наручилац очекује од Испоручиоца опреме да о сопственом трошку врши замену одређених сервисних сетова, то јест о сопственом трошку врши превентивно одржавање уређаја током трајања гарантног рока. Мишљења смо да је ово неуобичајен захтев, обзиром да се превентивно одржавање односи на одређене елементе чија се замена врши на основу степена експлоатације уређаја, то јест пре свега броја одрађених циклуса стерилизације, а не у правилним временским интервалима. У ове се елементе убрајају пре свега хабајући делови и потрошни материјал попут дихтунга, филтера, одређених заптивки, оловке и папир писача (штампача) и сл. Може се наћи и једноставна аналогија превентивног одржавања стерилизатора и рецимо аутомобила, код којег се такође врши замена уља, филтера, делова кочионог система и сл. након одређеног броја пређених километара, али Стр. 2/2 трошкови

овог одржавања падају на терет купца (корисника) аутомобила, а не продавца, без обзира што се аутомобил налази у гарантном року. Корективно одржавање у току гарантног рока, то јест замена одређених дефектних делова, наравно пада на терет Продавца током гарантног рока у случајевима када за настајање квара Корисник не сноси никакву одговорност. То и јесте сврха давања гарантног рока – отклањање недостатака уређаја који су условљени фабричким дефектима – у шта се ни на који начин не може сврстати превентивно одржавање, то јест замена хабајућих делова и потрошног материјала. Молимо Вас, да узевши у обзир претходно образложење извшите корекцију Конкурсне документације у наведеним деловима Обрасца понуде (Прилог бр. 3) и модела уговора (прилог бр. 6), тако што нећете захтевати да трошкови превентивног одржавања падају на терет испоручиоца опреме (понуђача)..“

ОДГОВОР:

Сврха гарантног рока је да клијент, Наручилац има на располагању медицински уређај 24/7 односно све време експлоатације у току гарантног рока.

Произвођач и даје гаранцију да ће његово медицинско средство радити и функционисати беспрекорно и то посебно за време гаранције те да покаже да су његови уређаји квалитетнији од конкурентних, а да то Наручиоца неће коштати баш ништа.

Упоређивање медицинског средства које се користи у здравству и за бољи третман и лечење пацијената са средством превоза произведено у аутомобилској индустрији је непримерено, јер се она праве у милионском серијама и за општу намену и употребу, тако да су и цене потрошног материјала, уља, филтера економски прилагођене широкој потрошњи и популарне потрошачима.

Депласирано је захтевати да у гарантном року трошкови превентивног одржавања (ако постоји према препоруци произвођача), које иначе и самим именом дефинише намеру произвођача или сервиса произвођача, а то је потврђивање квалитета њихових производа, а треба да увери Наручиоца у квалитет који су тим медицинским средством добили, па самим тим произвођач, сервисер произвођача треба да сноси трошкове превентивног одржавања медицинске опреме.

Сматрамо, као Наручилац, крајњи корисници, клијенти, неуобичајеним да се већ за време гарантног рока, а рачунајући га, да ли кроз време или кроз број циклуса у фази експлоатације морају мењати, како наводите поједини елементи, а пре свега хабајући делови (дихтунзи, филтери, заптивке,...), јер то онда показује недостајући квалитет медицинског средства које ми као Наручилац желимо да набавимо и експлоатишемо. Ако смо већ принуђени да набављамо и користимо такав квалитет онда не желимо да имамо трошкове током гарантног периода, већ сматрамо да потенцијални добављач мора да сноси терет гарантног рока комплетно и у потпуности.

Из тог разлога, као Наручилац остајемо при већ дефинисаном захтеву.

СТРУЧНА КОМИСИЈА