



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 13.01.2016. године
Број: 51.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар
Број јавне набавке: 439K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар, број 439K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.12.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија 2- Операциони микроскоп за микрохирургију

ПИТАЊЕ:

1. Молимо Вас за информацију како треба обезбедити регулацију интензитета светла? Да ли ручне команде за хирурга са додатним функцијама мора да поседују команду регулације интензитета светла?

2. Такође Вас молимо да нам везано за тачку 5.5 модела Уговора где стоји да се добављач обавезује да у року од 7 (седам) дана обезбеди испоруку резервних делова за добра чија је купопродаја предмет овог уговора, одговорите да ли овде треба да стоји 7 (седам) година?

3. Молимо Вас и да нам везано за прилог 7, за Партије 1 и 2, остали обавезни услови, тачка 5, где се између осталог захтева следеће: “ Уз понуду је потребно одставити одговарајући оригинални проспектни материјал-каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца“, одговорите да ли је за Наручиоца прихватљиво уколико се, у сврху доказивања техничких карактеристика, достави копија упутства за употребу на енглеском језику одштампана из оригиналног фајла који је издат од стране произвођача и које се доставља уз апарат приликом испоруке? Такође, молимо вас да нам нагласите уколико је потребно да свака страна копије упутства за употребу која се користи за доказивање техничких карактеристика буде оверена печатом и потписом произвођача?

ОДГОВОР:

1. Треба да постоји ручна команда за регулацију интензитета светла за хирурга.
2. У тачки 5.5 Модела уговора у конкурсној документацији поткрала се грешка, треба уместо 7(седам) дана да стоји 7(седам) година. Грешка ће бити исправљена кроз измену конкурсне документације.
3. За Наручиоца је прихватљиво да, у циљу доказивања захтеваних минималних техничких карактеристика, понуђач као доказ поред каталога произвођача користи и копију упутства за употребу. Овера копија упутства од стране произвођача није обавезна, под условом да се упутство односи за понуђени микроскоп.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
