



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 21.07.2015. године
Број: 1171

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 261K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА, број 261K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 06.07.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ 1: „За Партију број 2: Ултразвучни колор доплер апарат за Клинику за кардиохирургију, у тачки 1.25.1 се захтева „Трансторакална 2D матрична кардиолошка сдонда (код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку) 1,5 – 4 MHz ($\pm$ 1 MHz).“
Да ли се прихвата измена и допуна минималне техничке спецификације, тако да тачка 1.25.1 гласи „Трансторакална 2D матрична или еквивалентна 2D кардиолошка сонда 1,5 – 4 MHz ($\pm$ 1 MHz)“?

ОДГОВОР: - Делимично се усваја Ваш захтев и врши доуна тачке број 1.25.1.

Тачка 1.25.1 се мења и гласи: „Трансторакална 2D матрична кардиолошка сонда (код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку) 1,5 – 4 MHz ($\pm$ 1 MHz)“ или одговарајуће“. Тражена Трансторакална 2D матрична кардиолошка сонда (код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку) 1,5 – 4 MHz ($\pm$ 1 MHz) представља минимални технички захтев док ће наручилац прихватити сваку сонду са напреднијим карактеристикама.

ПИТАЊЕ 2: Да ли се прихвата измена и допуна система бодовања техничко – технолошких предности на страни 69, ставка 2, са следећим оценама квалитета битним за клиничку дијагностику тако да гласи:

1. Истовремени приказ три апликативне равни у реалном времену, из истог срчаног циклуса, у 2D, CFM и TVI моду.
Укључено у понуду: 5 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера
2. Триплекс приказ са CW доплером
Укључено у понуду: 5 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера
3. Софтвер за на предно праћење хемодинамске активности у сивој скали који се заснива на доплер техникама аквизиције. В flow или одговарајуће
Укључено у понуду: 5 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера
4. Тачка 1.3. LCD монитор > 19" високе резолуције на покретној вештачкој руци
Укључено у понуду: 2 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера
5. У транспортном начину рада батерија мора омогућавати извор енергије у трајању од минимум 40 минута.

- Укључено у понуду: 5 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера
6. Тачка 1.7. – Динамички опсег система >270dB
Укључено у понуду: 5 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера
7. Тачка 1.9 – Дубина приказа >30cm
Укључено у понуду: 3 пондера
Није укључено у понуду: 0 пондера

ОДГОВОР: - Ставке које се налазе у пондерисању техничко технолошких предности су наручиоцу битне у свакодневном раду са пацијентима.

Систем бодовања техничко технолошких предности није елиминаторан и неће онемогућити учешће потенцијалних понуђача тако да наручилац остаје ри траженом систему пондерисања техничко технолошких предности.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
