



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1140

Датум: 08.09.2014. године

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 323 К /2014

ПИТАЊЕ број 1:

PARTIJA BR. 1 – PROLAZNI PARNI STERILIZATOR - Minimalne tehničke karakteristike-

СТАВКА 4 – Управљачка табла , став 3 – Управљачка табла је изведена као колорни touch sreen (екран осетљив на додир) , или као уобичајен displej са издвојеним тастерима:

У односу на овако постављен захтев предлажемо да издефинишете величину колорног монитора touch screen која не може бити мања од 7“ која је захтевана и Партијом број 2 – PARNI STERILIZATOR и одобрите набавку и стерилзатора који у себи имају TFT екран величине минимално 5,5“ . Обзиром да се команде налазе ван екрана фонтови одговарају предходно задатом touch screen-у од 7“ . Time би сте проширили конкуренцију и добили квалитетнију понуду.

ОДГОВОР на питање број 1:

Обзиром да се ради о набавци нових парних стерилзатора, Наручилац је дефинисао минималне техничке карактеристике апарата које ће омогућити безбедан, прецизан и комфоран рад оператора, као и приказ свих неопходних параметара на екрану стерилзатора.

Pri pripremi tenderske dokumentacije, Наручилац је провером на интернет страницима већине светских произвођача, као и на интернет страници ALiMS о регистрованим апаратима, установио да већина произвођача на својим парним стерилзаторима последње генерације имају уграђене колор екране осетљиве на додир. Циљ Наручиоца јесте да набави парне стерилзаторе последње генерације.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

ПИТАЊЕ број 2:

СТАВКА 8 – Врата стерилизационе коморе: Врата стерилизационе коморе се крећу горе-доле(вертикално) помоћу пнеуматског цилиндра..... Врата са шаркама (окретање око осе) нису прихватљива.

По основу овако постављеног захтева , предлажемо да се због начина отварања врата овако дефинисаних дискриминише учешће осталих понуђача који су такође регистровали своју опрему код Агенције за лекове и медицинска средства и као такви су атестирани и апсолутно безбедни за рад.

Захтевамо да се прихвате стерилзатори чија су врата на шаркама , јер начин отварања врата битно не утиче на рад стерилзатора, тј . процес стерилизационих циклуса, јер захтевом који је наведен у конкурсној документацији је извршена фаворизација једног произвођача и онемogućено учешће другим понуђачима.

ОДГОВОР на питање број 2:

Обзиром да се ради о набавци нових парних стерилзатора, Наручилац је дефинисао минималне техничке карактеристике апарата које ће омогућити безбедан, прецизан и комфоран рад оператора, са минималним заузимањем простора.

Pri pripremi tenderske dokumentacije, Наручилац је провером на интернет страницима свих релевантних светских произвођача, као и на интернет страници ALiMS о регистрованим апаратима, установио да већина произвођача на својим парним стерилзаторима последњих генерација имају уграђена вертикално клизна врата. Неки произвођачи у својим програмима, поред апарата са вертикално (или хоризонтално) клизним вратима имају још увек и апарате са вратима са шаркама. Врата са шаркама захтевају далеко већи простор око парног стерилзатора за његово опслуживање, представљају опасност за кориснике приликом прањенја аутоклава због високе температуре што је у пракси често доводило до опекотина и др. Из ових разлога су произвођачи у највећем броју случајева одавно увели ново решење - вертикална клизна врата.

Врата са шаркама су код овог типа парних стерилзатора застарело решење. Слажемо се са оценом потенцијалног понуђача да то решење не нарушава квалитет процеса стерилизације, али циљ Наручиоца је да добије парне

sterilizatore poslednje generacije - bezbedne, koji maksimalno štite operatere, zahtevaju minimalan prostor pri opsluživanju i sl.

Obzirom da ima veći broj ponuđača koji imaju parne sterilizatore sa vertikalno kliznim vratima i da je to praktično industrijski standard, Naručilac NE PRIHVATA predlog potencijalnog ponuđača i ostaje pri datoj definiciji.

ПИТАЊЕ број 3:

СТАВКА 9 : Vakuumska pumpa: Za izvlačenje vazduha/pare iz sterilizacione komore, to jest vakuumiranje sterilizator poseduje sopstvenu vakuumsku pumpu

Molimo Vas da nam izdefinišete kakav tip vakuum pumpe tražite?

Kod raznih proizvođača postoje različiti tipovi vakuum pumpi (kao što su vodena sa vodenim prstenom, injektorska, vazдушна, membranska..) Kako ne bi smo došli u zabunu tražimo da izdefinišete tip pumpe koji je potreban za traženi uređaj.

ОДГОВОР на питање број 3:

Kao što potencijalni ponuđač navodi u svom pitanju, različiti proizvođači imaju različita rešenja za ostvarivanje podpritiska („vakuum-a“) u komori za sterilizaciju u fazi pripreme ciklusa, odn. fazi sušenja.

Upravo iz razloga da ne bi ograničio konkurenciju, Naručilac je zahtevanim tehničkim karakteristikama dozvolio razne sisteme za ostvarivanje ove funkcije. Svaki od tih sistema funkcioniše - ostvaruje zadate parametre, ima stabilan i pouzdan rad, dugovečan je ...

Bilo koji tip vakuum pumpe, koji ostvaruje parametre ciklusa, je za Naručioca prihvatljiv.

Bilo kakva bliža definicija vakuum pumpe dovela bi do nepotrebnog ograničavanja konkurencije.

Stoga, Naručilac NE PRIHVATA sugestiju potencijalnog ponuđača i ostaje pri datoj definiciji vakuum pumpe.

ПИТАЊЕ број 4:

СТАВКА 10 – Proizvodnja vodene pare: Sterilizator je opremljen ugrađenim parnim kotlom, to jest paro-generatorom, koji poseduje električne grejače koji nisu u kontaktu sa vodom (duvi grejači). Instalirana snaga paro-generatora: max 5kW

Po osnovu ovako postavljenog zahteva, ograničava se učešće ostalim ponuđačima, koji nude sterilizatore koji su opremljeni klasičnim paro generatorima, a ne generatorima koji su sa grejačima utisnutim na aluminijskoj ploči – suvi grejači ,te zahtevamo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i zahtev prilagodite i ostalim ponuđačima, jer za tip uređaja koji se traži dovoljan je standardni paro generator jačine od 8-15 kW sa grejačima koji su potopljeni u vodu.

Naime, generator pare koji je zahtevan konkursnom dokumentacijom je generator koji je napravljen na aluminijskoj ploči , koji baca vodu i tako pravi paru, te u tom slučaju neophodno je da sterilizator bude uključena 24h, da bi održavao temperaturu ploče , čime se povećava potrošnja električne energije i stvaraju veći troškovi. Ovako traženi način rada paro generatora poseduje samo jedan proizvođač čime se diskriminišu svi ostali svetski proizvođači.

ОДГОВОР на питање број 4:

Neosporno je da tzv. „suvi grejači“ imaju daleko duži vek trajanja od „potopljenih“ grejača. Postoji više proizvođača koji u svom programu imaju parne sterilizatore sa generatorima pare sa „suvim“ grejačima. Potrošnja električne energije ovih grejača je niža nego kod parnih generatora sa potopljenim grejačima, pošto je njihova efikasnost daleko veća. Stanje pripravnosti mora da se održava i kod parnih generatora sa potopljenim grejačima, dakle, potrošnja električne energije je i ovde stalno prisutna.

Snaga je ograničena na 5 kW iz razloga što se na mestu ugradnje ovog parnog sterilizatora u bliskoj budućnosti planira ugradnja nekih drugih aparata i pomenuta snaga od 5 kW je maksimalna snaga koja se može staviti na raspolaganje, a da se ne ulazi u veće investicione radove povećanja ukupne raspoložive snage električne energije.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ