



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 17.09.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ СА НЕГАТИВНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ
САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ СРЦА**

Број јавне набавке 98А/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

1. За партије 15-28 и 31-41 тражено је да дијагностички катетери буду израђени од најлона или најлон-полиуретана. Тачно је да смо у претходној јавној набавци добили дијагностичке катетере од полиуретана. Анализом искустава наших оператора и увидом у објављене појединачне случајеве са фрактуром катетера од полиуретана на нивоу илијачне артерије, дошли смо до закључка да за наше потребе тражимо катетере који нису направљени искључиво од полиуретана, тј. они могу бити најлонски или најлон-полиуретански.
2. За партије 44-55, 61-64 и 67-69 тражили смо да унутрашњи дијаметар буде максималан за ту врсту катетера водича, а то је 0,071 инч. До овог закључка смо дошли на основу чињенице да наш центар ради велики број бифуркационих лезија и хроничних тоталних оклузија, за чије лечење је у већини светских центара стандард управо унутрашњи дијаметар 0,071 инч.
3. У партијама 44 и 45, 47-49, 51, 53-62 и 64-76 сагласни смо да се поред материјала вестан-најлон дода и материјал ПТФЕ.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Небојша Ћурковић, дипл.правник
