



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Пастерова бр.2, 11000 Београд
Република Србија

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Тел./факс.: 011/2685-597, 011/2656-473

Број: 746
Београд, 20.07.2020.године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Филтери за спирометрију Број јавне набавке К310/2020

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је за наручиоца прихватљиво да спољашње димензије филтера описане као; дијаметар 100мм и дужина 75 мм одступају +/- 10% ?

Како би омогућио већем броју понуђача да учествују у јавној набавци најљубазније молимо наручиоца да дозволи да се понуде филтери за спирометар чија спољашња димензија може да варира +/- 10% од дијаметар 100мм и дужина 75 мм.

Дијаметар 100мм и дужина 75 мм су спољашње димензије филтера и нинакоји начин не утичу на ефикасност филтрације бактерија и вируса као ни на компатибилност филтера са опремом за коју је наручилац жели да прибави филтере.

Дијаметар стране која се поставља на апарат, ефикасност филтрирања вируса, ефикасност филтрирања бактерија и отпор су кључне карактеристике код одређивања да ли је филтер адекватан и компатибилан са опремом за коју се набавља док спољашња димензија нема пресудан већ козметички утицај.

Због свега напред наведеног најљубазније молимо наручиоца да прихвати нашу сугестију и дозволи да димензије описане као дијаметар 100мм и дужина 75 мм могу да одступа +/- 10% од тражене. Тиме би наручилац омогућио већем броју понуђача да учествују у јавној набавци и тиме обезбеди конкуренцију и најповољнију цену.

2. Да ли у паковању, кесици у којој се налази филтер за спирометар треба да се налази и штапаљка за нос ?

ОДГОВОР:

1. Карактеристике траженог филтера су компатибилне са апаратом „Спирометар са додатком за бронхопровокацијски тест и риноманометрију“ – VyntusSpiro Ses/Rhino/APS произвођача Jaeger. Димензије филтера, које одступају $\pm 10\%$, могу имати утицај на тачност мерења, тј. утицај на отпор филтера, а самим тим и на тачност мерења протока ваздуха. Из свега напред наведеног, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
2. У паковању, кесици у којој се налази филтер за спирометрију не треба буде и штипаљка за нос, из разлога што иста није предмет јавне набавке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ