



---

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал за потребе Микробиолошке лабораторије бр. 112А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.03.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

1. Као партија 3 тражи се

|   |            |      |   |
|---|------------|------|---|
| 3 | Campylosel | kom. | 3 |
|---|------------|------|---|

Молимо Вас да јасније дефинишете количину траженог артикла. Да ли три комада подразумева три бочице или три паковања? Ако су у питању три паковања, молимо Вас да дефинишете величину паковања како би свако од понуђача могао да понуди еквивалентну количину.

2. С обзиром да је за **Партију бр. 91** – Mueller-Hinton agar, неопходно да испуњава следеће услове: одговарајући садржај тимина и тимидина као и јона Калцијума++ и Магнезијума++ са којима се добијају задати резултати у контроли квалитета антибиограма следећи EUCAST стандард, молимо за појашњењем:

- Да ли је довољно да за ову техничку карактеристику приложимо **Сертификат контроле квалитета за Mueller-Hinton agar**, из којег се виде резултати антибиограма који одговарају EUCAST стандарду и који су индиректни показатељи присуства захтеваног састава Mueller-Hinton агара и тиме нам омогућите да учествујемо на тендеру бр. 112А/2016, партија 91, и на тај начин повећате конкурентност за наведену партију.

**ОДГОВОР:**

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на партију број 3.

2. Да би се потврдио низак ниво тимина и тимидина и контролисан ниво катјона наручилац истиче да је у сврху доказивања техничких карактеристика добара из партије број 91 потребно доставити сертификат о контроли квалитета за достављени ЛОТ Mueller-Hinton агара – понуђено добро, за све тражене карактеристике, а према протоколу за евалуацију дехидрираног Mueller-Hinton агара по EUCAST стандарду.