



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 18.05.2016.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – остеосинтетски материјал за ортопедију бр. 222А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.05.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли ће бити прихватљиво за партију 24 ставку 4, понудити кејцеве висина: 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm и 9,0 mm?

ОДГОВОР:

1. Наручилац Клинички центар Србије истиче да је могуће понудити кејцеве наведених висина с тим да постоји могућност замене висина у сваком тренутку у зависности од потребе

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ