



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СТАПЛЕРИ бр. 73А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 25.02.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Молимо Вас да нам одговорите да ли прихватате за партију 1 стаплер величине 25mm уместо 26 mm и за партију 4 стаплер величине 33 уместо 32. Разлика је у 1 mm. Ова разлика не ремети конфор у раду хирурга нити угрожава пацијента. Тиме би се обезбедило испуњење начела обезбеђивања конкуренције прописано чланом 10.ЗКЈН.
2. Колика су дозвољена одступања у димензијама за циркуларне стаплере, за партије од 1 до 12? Наиме, техничка спецификација у поменутих партијама конципирана је на такав начин да онемогућава друге компаније да учествују у јавној набавци и самим тим представља повреду члана 10. Закона јавних набавки.
3. У техничкој спецификацији за партије 1,2,3,4,5,6,8 и 9 навели сте само величине стаплера, како се и иначе воде на решењима код Агенције за лекове и медицинска средства Србије. А за партије 7,10,11 и 12 сте додали, поред величина стаплера и техничке карактеристике које се не налазе ни на решењима Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а које по опису задовољава само један понуђач. С тога Вас молимо да поступите у складу са чланом 10 Закона јавних набавки, односно да техничку спецификацију за партије 7,10,11 и 12 формулишете као и за партије 1,2,3,4,5,6,8 и 9 и самим тим омогућите и осталим понуђачима да учествују у јавној набавци.

ОДГОВОР на питање бр. 1:

1. Наручилац истиче да одступања од наведених величина описаних у конкурсној документацији, нису могућа.

ОДГОВОРИ на питања бр. 2 и 3:

За формирање документације тј. врста и количина сталера, водили смо се потребама клиника које у свом свакодневном раду користе механичке шиваче, стаплере. Пошто је КЦС терцијарна здравствена установа са специфичним обимом и тежином посла који се у њему обавља, јасно је да и најпознатији и настручнији лекари, у овом случају хирурзи, раде у њој. Ове инструменте користе Клиника за дигестивне болести - Прва хируршка, Ургентни центар, Институт за плућне болести - Грудна хирургија, Уролошка клиника и спорадично друге. Високо специјализоване хируршке интервенције које се не изводе рутински у другим хируршким центрима, захтевају и најадекватнију опрему и инструменте као и уградни материјал. Обзиром на дугогодишње искуство, као и високо квалитетан стручни рад, референтност у Европи и свету, стручни колегијуми наведених клиника су навели карактеристике и специфичности стаплера које су неопходне за адекватан, а пре свега сигуран рад. Поузданост ових инструмената је једна од најважнијих чињеница која неће утицати на исход лечења болесника, тј. на евенталне компликације проузроковане неадекватним инструментима, стаплерима.

1. У конкурсној документацији је јасно наведено које димензије су предмет јавне набавке, тако да нема одступања у односу на димензију.
2. Све наведено у конкурсној документацији дефинише стаплере који су потребни КЦС. То има своју оправданост која је више пута образлагана.

Партије бр. 7, 10, 11 и 12, подразумевају циркуларне стаплере који имају могућност подешавања висине затварања ножице кланфе у амплитуде од 2.5mm до 1.0mm. Наведена могућност подешавања је од изузетног значаја и има предност код адекватног извођење анастомозе код различитих дебљина ткива. Ово има посебан значај код сегмената дигестивног тракта који немају у својој анатомској структури серозни део зида, тако да су анастомозе на тим сегментима далеко ризичније и подложне, у већем проценту, компликацијама, које угоржавају живот болесника. Са могућношћу подешавања нивоа затварања кланфица, у зависности од дебљине ткива, могуће је извести оптималну компресију и адаптацију стаплерске анастомозе. Другим речима универзална величина и начин савијања кланфица није могуће применити код свих делова дигестивног тракта.

Ово су разлози због којих се неће мењати услови који су наведени у конкурсној документацији.