



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 29.06.2016.

Ред. број: 987

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 296А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 24.06.2016. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молимо комисију да нам појасни да ли добра у партији 3 (toplomer humani bez zive), морају да буду баждарена, односно оверена од стране овлашћене институције?

ОДГОВОР:

Наручилац истиче да се за партију 3 траже дигитални топломери без живе који се користе за мерење телесне температуре више пацијената, а с обзиром да је баждарење гаранција за тачност мерења на било ком од инструмената, неопходно је да буду баждарени.

Комисија за јавну набавку