



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **ОКСИГЕНАТОРИ** бр.120А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 01.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Јавну набавку оксигенатора организовали сте у три партије, у количинама од по 500, 500 и 160 комада, при чему све три партије као услов наводе "phosphorylcholine"-ски облогу, уз додатне услове формулисане тако да сте за сваку од партија у претходним поступцима набавки добијали само по једну исправну понуду. С обзиром на то да се heparin indukovana trombocitopenija у пракси јавља у проценту који је на нивоу статистичке грешке, са становишта Закона о јавним набавкама, евентуално би било прихватљиво формирати једну партију "ne-heparinskih" оксигенатора, а никако искључити све остале потенцијалне понуђаче условљавајући облогом од "phosphorylcholine"-а. Поново вам указујемо на то да велика већина светских произвођача оксигенатора има облогу која није на бази хепарина, али ни на бази "phosphorylcholine"-а.
Везано за наводна негативна искуства која у свом одговору помињете, Закон о лековима и медицинским средствима у делу који се тиче vigilance медицинских средства јасно прецизира начин на који се нежељена дејства пријављују. За више хиљада оксигенатора са хепаринском облогом који су у претходном периоду продати у вашој установи немамо ниједну пријаву нежељеног догађаја, што се може проверити и у информационој бази АЛИМС.
Иначе, у нашем захтеву за измену конкурсне документације нигде ни не помињемо heparinski coating, који иначе и није наша "стандардна облога" како наводите у одговору. У понуди имамо неколико различитих типова облоге, на хепаринској и не-хепаринској бази, од којих свакако ниједна није "phosphorylcholine".
Навођење типа облоге на начин на који је то учињено у конкурсној документацији у супротности је са чланом 10 ЗЈН И то за све три партије.
Још једном захтевамо да техничку спецификацију у овом смислу ускладите са Законом о јавним набавкама и омогућите што већу конкурентност.

ОДГОВОР:

1. У складу са вашим захтевом, из претходних искустава ваш произвођач је на нашем тржишту у понуди имао само хепаринске облоге мембране оксигенатора. Имајући у виду да су поред хепаринске облоге у питању производи предпоследње генерације оксигенатора вашег произвођача, нисмо као кућа били у прилици да пробамо и тестирамо нову генерацију која има и други тип облоге. Због свега наведеног нисмо у могућности да мењамо документацију у овако кратком временском року