



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Медицински потрошни материјал за потребе Микробиолошке лабораторије** бр. 324А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. С обзиром да се у Партији бр.52 – Хранљиве подлоге, наручује Mueller-Hinton агар, а ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, захтевају под бр.6. да је неопходно да Mueller-Hinton агар испуњава следеће услове: одговарајући садржај тимина и тимидина, као и јона Калцијума++ и Магнезијума++ са којима се добијају задати резултати у контроли квалитета антибиограма следећи EUCAST стандард, молимо појашњење – пошто није довољно да се уз ову техничку карактеристику приложи Сертификат контроле квалитета за Mueller-Hinton агар, из којег се виде резултати антибиограма који одговарају EUCAST стандарду и који су индиректни показатељи присуства захтеваног састава Mueller-Hinton агара, молим појашњење: која би за Вас био валидан доказ за испуњавање тражених техничких карактеристика Mueller-Hinton агара.

ОДГОВОР:

1. Да би се потврдио низак ниво тимина и тимидина и контролисан ниво катјона наручилац истиче да је у сврху доказивања техничких карактеристика добара из партије број 52 потребно доставити сертификат о контроли квалитета за достављени ЛОТ Mueller-Hinton агара – понуђено добро, за све тражене карактеристике, а према протоколу за евалуацију дехидрираног Mueller-Hinton агара.