



---

## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СТАПЛЕРИ бр. 365А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 22.09.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

### ПИТАЊЕ:

1. Молимо Вас да нам прецизније одговорите зашто нису дозвољена минимална одступања од 1mm у димензијама стаплера. Сматрамо да овакав став Наручиоца за набавку стаплера стриктно наведених димензија представља повреду члана 10. Закона јавних набавки и тиме фаворизује одређеног понуђача и онемогућава остале понуђаче који задовољавају све остале услове и потребе Наручиоца за конкретне стаплере у партијама 1 и 2 да учествују у набавци.

### ОДГОВОР:

1. Све наведено у конкурсној документацији дефинише стаплере који су потребни КЦС, тако да нема одступања у односу на димензију. То има своју оправданост која је више пута образлагана. Техничка спецификација за предметну јавну набавку је дефинисана на основу реалних потреба, потраживања, просечне потрошње као и специфичности инструмената. За дефинисање врста и количина стаплера, водили смо се потребама клиника које у свом свакодневном раду користе механичке шиваче, стаплере. Партија бр.1 и партија бр.2, подразумевају стаплере закривљене са самообарајућом главом. Потреба за оваквим инструментима је изражена поготову код високо специјализованих хируршких интервенција на једњаку, желуцу и ректуму (једњак и екстраперитонални сегмент ректума немају серозу тако да при миграцији инструмента који нема самообарајућу главу лакше може доћи до компромитације анастомозе као деструкције зида, високе интраторакалне и ниске, колоаналне, анастомозе тешко доступне са повећаним ризиком по живот опасних компликација...) Ово су разлози због којих се неће мењати услови који су наведени у конкурсној документацији.