



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 445А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.11.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

### ПИТАЊА:

1. Да ли ће тендерска комисија прихватити понуду за партију 4 - Igle za lumbalnu punkciju (spinalne) које су тање од тражених у распону 19G, 22G, 25G, 27G, што би било у складу са потребама, обзиром да је препорука коришћења тањих игала?
2. Љубазно Вас молимо, да нам потврдите да ће те за партију 20 - Set za epiduralnu anesteziju, прихватити понуду еквивалента, одговарајући катетер са најмање четири латералних отвора, као и конектор катетера са TwistLock адаптером који је еквивалент траженом конектор катетера са „klik mehanizmom“.

### ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, јер се водио потребама крајњих корисника.
2. За партију бр.20 (*Set za epiduralnu anesteziju - epiduralna igla 18G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0,2µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor katetera sa klik mehanizmom*), потребно је да епидурални катетер има шест латералних отвора, како би се извршила боља дисперзија анестетика.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ