



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе кука и колена)** бр.262А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 08.07.2014.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У техничкој спецификацији партије бр.2 захтевате биполарну биартикуларну протезу кука, која се састоји од три компоненте: стема, главе и капе. Захтеване величине капе су у распону од 42—66mm, при чему разлика у величини између два суседна броја не сме бити већа од 2 mm. Да ли се може прихватити распон величина од 38-57 mm, са кораком од 1 mm, у односу на тражену, јер на овај начин, уколико прихватите, добијате већи број биполарних (укупно 20), што сигурно даје оператору већу могућност у избору одговарајуће величине.

ОДГОВОР:

1. У конкурсној документацији бр.262А/2014, партија бр.2 биартикуларна протеза трокомпонента, на основу потреба Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, јасно су дефинисане техничке карактеристике, односно да минимални распон величина капе мора бити између 42-60 mm.