



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број:1066

Датум: 19.09.2016.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – PCR testovi за HIV i HBV бр. 357A/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.08.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

1. У прилогу бр 7. Техничке карактеристике по захтеву наручиоца „1. За партије број 1, 2, 3 и 4: неопходна је аутоматизована екстракција нуклеинских киселина вируса и да се, због броја узорака који се обрађују у НРЛ за ХИВ, АИДС и вирусне хепатитисе у једном акту/циклусу екстрахује минимум 96 узорака са контролама и да се истовремено може радити ПЦР анализа за више различитих узрочника.“

**С ОБЗИРОМ ДА НАВЕДЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЕЛИМИНИШЕТЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ЧИЈИ СЕ СИСТЕМ РАЗЛИКУЈЕ ОД СИСТЕМА ПРОИЗВОЂАЧА НАВЕДЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ КОЈИ НЕ ЗАХТЕВА ДА СЕ КОРАК ЕКСТРАКЦИЈЕ НУКЛЕИНСКОИХ КИСЕЛИНА ОБАВЉА ПОСЕБНО) МОЛИМО ВАС ДА ИЗМЕНЕТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КАКО БИ ОМОГУЋИЛИ УЧЕШЋЕ ШТО ВЕЋЕГ БРОЈА ПОНУЂАЧА.**

Стога сматрамо да бисте у техничку спецификацију требали додати :

1. За партије број 1, 2, 3 и 4: неопходна је аутоматизована екстракција нуклеинских киселина вируса и да се, због броја узорака који се обрађују у НРЛ за ХИВ, АИДС и вирусне хепатитисе у једном акту/циклусу екстрахује минимум 96 узорака са контролама и да се истовремено може радити ПЦР анализа за више различитих узрочника.

Лимит ОД 96 екстракција не постоји У случајевима где понуђач нуди потпуну аутоматизацију процеса где се екстракција, амплификација и детекција врши у једном кораку.“

Уколико позитивно одговорите избегли би сте ситуацију у којој се понуђачи на неки начин фаворизују и добили могућност трећег понуђача чиме би сте добили на квалитету.

- 2.Обзиром да различити произвођачи имају различите бројеве у паковању, молимо Вас да као јединица мере стави тест, а не паковање како је тренутно назначено.

**ОДГОВОР:**

1. Наручилац Клинички центар Србије остаје при захтевима из конкурсне документације.  
2. Наручилац Клинички центар Србије ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ