



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе кука и колена)** бр.262А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 08.07.2014.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У техничкој спецификацији за набавку биполарне биартикуларне протезе кука навели сте да тражите да конус врата стема и главе протезе буде 12/14. Конус врата стема и главе протезе произвођача које ми нудимо се разликује за пар милиметара, што ни у ком случају не умањује њену функционалност у решавању индикација за које је конструисана. У том смислу Вас молимо да прихватите овај еквивалент конуса како би испунили једно од основних начела ЗЈН а то је начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима (члан 10)?

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће прихватити као одговарајућу сваку понуду еквивалента конуса траженог добра.