



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 23.09.2016.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – PCR testovi за HIV i HBV бр. 357A/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.08.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Везано за техничке карактеристике из прилога 7 поставићемо питање:

У прилогу бр 7. Техничке карактеристике по захтеву наручиоца

1. За партије број 1, 2, 3 и 4: неопходна је аутоматизована екстракција нуклеинских киселина вируса и да се, због броја узорак који се обрађују у НРЛ за ХИВ, АИДС и вирусне хепатитисе у једном акту/циклусу екстрахује минимум 96 узорак са контролама и да се истовремено може радити ПЦР анализа за више различитих узрочника.“

Питање је следеће:

Да ли систем који планирамо понудити заједно са тестовима, а код кога се екстракција (изполација), амплификација и детекција потпуно аутоматизовано изводе у једном кораку одговара Вашим потребама и захтевима.

ОДГОВОР:

1. Цео процес који обухвата екстракцију, амплификацију и детекцију мора бити аутоматизован, док је конкурсном документацијом захтеван и одређен, минимални број узорак и анализа који морају бити обрађене у једном акту.
Наручилац Клинички центар Србије ће вршити стручну оцену понуда у складу са условима и захтевима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ