



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 296А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 24.06.2016. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли се за партију 3 Toplomer humani bez zive, захтева да исти буде баждарен?

ОДГОВОР:

1. Наручилац истиче да се за партију бр. 3, траже дигитални топломери без живе који се користе за мерење телесне температуре више пацијената, а с обзиром да је баждарење гаранција за тачност мерења на било ком од инструмената, неопходно је да буду баждарени.