



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 162А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.04.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Да ли ће тендерска комисија прихватити понуду за **партију 18**- spinalne igle koje su tanje od traženih u rasponu 19G, 22G, 25G, 27G ?
2. Љубазно Вас молимо, да нам потврдите да ће те за **партију 51**- Set za epiduralnu anesteziju, прихватити понуду еквивалента, odgovarajući kateter sa najmanje četiri lateralnih otvora, kao i konektor katetera sa TwistLock adapterom koji je ekvivalet traženom konektor katetera sa "klik mehanizmom".
3. Молимо тендерску комисију да за **партију 57/1** потврди да ће прихватити Set za perkutanu trahestomu koji umesto forcepsa sadrži set dilatatora.
4. Молимо тендерску комисију да потврди да ће за **партију 112** прихватити тражени kateter min. dužine od 40cm.
5. Молимо тендерску комисију да потврди да ће за **партију 113** прихватити: Ureteralni stent, promera CH 4,8,6,7,8 O/C, dužine 28cm-komponente seta :1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja,graduisana,od radiopaknog poliuretana -PUR: 2) Puser 40-45cm 3) Zica vodilja sa flexibilnijim krajem u dužini od 100-150cm 4) Stipaljka.
6. Да ли ћете за **партију 115** и **партију 116**, прихватити тражене katetere sa balonom 10-15ml?
7. Молимо тендерску комисију да потврди да ће за **партију 33** - Sistem za merenje satne diureze, приватитити jednolumenska ili dvolumenska cev.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, јер се водио потребама крајњих корисника.
2. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, јер се водио потребама крајњих корисника.
3. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, јер се водио потребама крајњих корисника.
4. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.
5. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.
6. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.
7. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, и истиче да мора бити дволуменска цев, јер се код малих диуреза када урин тече кап по кап тиме омогућава брже сливање у мерну комору и реализација мерења диурезе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ