



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:
Датум: 16.08.2018.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТИ бр. 279А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.08.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У прилогу 7. на страни 21/28 наведено је:

2. Заушни слушни процесор са пратећим неопходним деловима:

Заушни слушни процесор - Паковање од 2 (две) допуњиве или 6 (шест) допуњивих батерија за рад слушног процесора, (понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи на коришћење и пуњач за батерије).

Да ли је у дефинисању овог захтева дошло до грешке пошто се у обе опције наводе допуњиве батерије.
Молимо вас да ову карактеристику тачно дефинишете.

Наш предлог је да ова карактеристика гласи:

Заушни слушни процесор - Паковање од 2 (две) допуњиве или 6 (шест) "РЕГУЛАРНИХ" батерија за рад слушног процесора, (понуђач КОЈИ УЗ ЗАУШНИ СЛУШНИ ПРОЦЕСОР ИСПОРУЧУЈЕ ПУЊИВЕ БАТЕРИЈЕ се обавезује да наручиоцу испоручи на коришћење и пуњач за батерије).

На овај начин се не би променио смисао техничке документације, а обезбедила би се јасна и недвосмислена техничка документација.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће у складу са постављеним питањима, извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ