



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – КОНТРОЛНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКЕ, ХЕМАТОЛОШКЕ, ИМУНОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗАТОРЕ И АУТОМАТСКЕ КОАГУЛОМЕТРЕ бр. 295А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 18.07.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је прихватљиво понудити контроле у течном облику тамо где се по техничким карактеристикама траже лиофилизоване, као и обротно, понудити лиофилизоване форме контрола тамо где се по техничким карактеристикама траже течни?
2. У партији 8 (8/1 и 8/2) „Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 1/2 или одговарајући) као параметре у техничким карактеристикама сте навели PAMY и UIBC. Обзиром да присутност наведених параметара у овој партији ограничава могућност да више понуђача учествују, молимо Вас да горе наведене параметре издвојите из техничких карактеристика поменуте партије.
3. У партији 9 (9/1, 9/2 и 9/3) Liphochek Speciality Immunoassay Control Level 1, 2, 3 или одговарајуће) као параметре у техничким карактеристикама сте навели EPO I OSTEOKALCIN. Техничка спецификација формулисана на овакав начин омогућава да само један понуђач може у потпуности да испуни све захтеване карактеристике. Како би сте омогућили да и други понуђачи понуде одговарајуће контроле (као што је наведено у називу партије) молимо Вас да горе наведене параметре издвојите из техничких карактеристика поменуте партије.
4. У партији 11 (11/1, 11/2 и 11/3) Lyphochek Tumor Marker Plus Level 1, 2, 3 или одговарајуће) као параметар у техничким карактеристикама сте навели S-100. Техничка спецификација формулисана на овакав начин омогућава да само један понуђач може у потпуности да испуни све захтеване карактеристике. Како би сте омогућили да и други понуђачи понуде одговарајуће контроле (као што је наведено у називу партије) молимо Вас да горе наведени параметар издвојите из техничких карактеристика поменуте партије.

С обзиром да је у називу партија 8,9 и 11 предметне јавне набавке наведено или одговарајуће овим путем желимо да укажемо Наручиоцу на чињеницу да је техничка спецификација формулисана на такав начин да само један понуђач може у потпуности да испуни све захтеване карактеристике и да се отвореним поступком само прави привид конкурентности.

Наручилац на овај начин крши начела ЗЈН и то начело обезбеђивања конкуренције члан 10, начело транспарентности поступка јавне набавке члан 11, као и начело једнакости понуђача члан 12 и тиме ставља потенцијалне понуђаче у неједнак положај.

Како би сте обезбедили једнакоправно, транспарентно и конкурентно учешће потенцијалних понуђача у предметној ЈН, молимо Вас да извршите измене КД, како је горе наведено.

ОДГОВОР:

1. Није прихватљиво да се понуде контроле у течном облику тамо где се по техничким карактеристикама траже лиофилизоване, као ни обротно да се понуде лиофилизоване форме контрола тамо где се по техничким карактеристикама траже течни, због начина организације рада.
2. Није могуће издвојити у партији 8 (8/1 и 8/2) „Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 1/2 или одговарајући) параметре PAMY и UIBC, зато што је неопходно одређивати ове параметре, па је и самим тим нужно набавити контролни материјал за те параметре у складу са карактеристикама из конкурсне документације.
3. Није могуће издвојити у партији 9 (9/1, 9/2 и 9/3) Liphochek Speciality Immunoassay Control Level 1, 2, 3 или одговарајуће) параметре EPO и OSTEOKALCIN, зато што је неопходно одређивати ове параметре, па је и самим тим нужно набавити контролни материјал за те параметре у складу са карактеристикама из конкурсне документације.
4. Није могуће издвојити у партији 11 (11/1, 11/2 и 11/3) Lyphochek Tumor Marker Plus Level 1, 2, 3 или одговарајуће) параметар S-100, зато што је неопходно одређивање овог параметра, па је и самим тим нужно набавити контролни материјал за тај параметар у складу са карактеристикама из конкурсне документације.