



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 162А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.04.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Конкурсном документацијом је као предмет јавне набавке за партију бр.22 одређена: Intravenska kanila sa utisnute 4 kontrastne linije.

С тим у вези, молим Вас да прецизируте, како се доказују захтеване техничке карактеристике?

2. Молимо наручиоца за појашњење да ли би било прихватљиво да понуђачи доставе понуду у којој би на једној ставци понудио добра више произвођача са истим траженим карактеристикама и по истој јединичној цени и истим комерцијалним условима, а све како би понуђачи могли да израде исправне понуде.

У прилог оваквог предлога за измену конкурсне документације говори околност да је у поступцима централизованих јавних набавки коју РФЗО у својству Тела за ЦЈН спроводи у име и за рачун ЗУ из Плана мреже, као и у појединачним јавним набавкама које спровode саме здравствене установе уобичајена пракса да се по једној ставци може понудити више добара различитих произвођача, са истим траженим карактеристикама, а под истим условима. На наведеби начин наручиоци за себе обезбеђују најшири могући обим понуђених добара, те самим тим и највиши степен сигурности у погледу континуитета у испоруци добара, уз истовремено остваривање најповољнијих услова за набавку ових добара.

Из свих наведених разлога молимо Вас да прихватите наш предлог и извршите потребне измене конкурсне документације.

3. Конкурсном документацијом захтева се достављање по један узорак за следеће партије:
1, 2,3,11,12,13,19,21,22,23,32,37,39,40,42,56,62 и 64.

Да ли је довољно доставити један узорак каниле било које величине за партију бр.22?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац истиче да се захтеване техничке карактеристике доказују каталогом или копијом каталога овереном од стране произвођача, као и изјавом произвођача о постојању контрастних линија.
2. Наручилац истиче да је прихватљиво да се понуди више произвођача, када је у партији једна ставка.
3. Наручилац истиче да је довољно доставити по један узорак било које величине.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ