



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 162А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.04.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. За партију бр.73. потражујете - **Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola sa fleksibilnim pravim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orijentaciju i merenje dužine striktura.**

Да ли је прихватљиво понудити - Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola sa fleksibilnim vrhom promera 0,035", radne dužine 260 cm, sa markerima za orijentaciju i merenje dužine striktura?

2. За партију бр.74. потражујете - **Trolumenski papilotom za jednokratnu upotrebu (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 20-30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", sa sistemom za osiguranje pozicije sečenja, (radna dužina 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm.**

Да ли је прихватљиво понудити - Trolumenski papilotom -jednokratni (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 5,5 Fr, dužina vrha 5 mm sa žicom za sečenje dužine 30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", (radna dužina 2000 mm) ?

3. У партију бр.76. потражујете - **Balon za ekstrakciju trolumenski, multiplate veličina balona 8,5/11,5/15 mm prekalibrisani špric uz balon radi bezbednije inflacije, kompatibilan sa 0.035" žičanim vodičem, davanje kontrasta iznad balona 1.900mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm.**

Да ли је прихватљиво понудити - Balon za ekstrakciju trolumenski, multiplate veličina 9/12/15 mm, kompatibilan sa 0.035" žičanim vodičem, davanje kontrasta iznad balona, radni kanal 200cm, prečnik radnog kanala 2,33 - 2,00mm.

4. Партија 66: Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 15mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm?
Партија 67: Omče za polipektomiju - za jednokratnu upotrebu srednje 15-20mm

Како је за горе наведене партије тражен исти промер омче (15mm), да ли је грешка у питању, да ли се можда за партију 66 тражи мања омча 10-15mm?

ОДГОВОРИ:

1, 2 и 3: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама за партије бр. 73, 74 и 76.

4. Наручилац остаје при захтеваним промерима омче за партије бр. 66 и 67.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ