



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СТАПЛЕРИ бр. 5А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 30.01.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

- У конкурсној документацији у прилогу бр. 3, у партији бр. 4 навели сте „циркуларни стаплер закривљени са самообарајућом главом расположив у величинама 25,28,31 и 34“. Скрећемо Вам пажњу да навођењем стриктно одређених величина стаплера, тј. тачно одређених димензија у милимитар без распона, ограничавате конкуренцију и омогућавате искључиво једном понуђачу да достави понуду. На овакав начин дефинисана техничка спецификација у партији бр.4 је у супротности са чланом 10. и 12. Закона јавних набавки јер фаворизује одређеног понуђача а дискриминише све остале понуђаче. Сматрамо да и стаплери са минимално дозвољеним одступањима у величини у потпуности задовољавају потребе наручиоца. Прегледом конкурсне документације смо увидели да сте у прилогу бр.3, у партијама бр.5 и 6 навели величине 29 или 33 и 25 или 33. Из наведеног се намеће питање како је за поједине партије прихватљиво понудити више величина а за поједине партије само тачно одређене величине. С тога Вас молимо да измените техничку спецификацију у поменутој партији, односно да додате „циркуларни стаплер закривљени са самообарајућом главом у распону величина од 25 до 34“. Молимо Вас да уважите нашу сугестију и поступите у складу са чланом 10. Закона јавних набавки и тиме омогућите већу конкуренцију у предметном поступку.

ОДГОВОР:

- Све наведено у конкурсној документацији дефинише стаплере који су потребни КЦС, тако да нема одступања у односу на димензију. То има своју оправданост која је више пута образлагана. Техничка спецификација за предметну јавну набавку је дефинисана на основу реалних потреба, потраживања, просечне потрошње као и специфичности инструмената. За дефинисање врста и количина сталера, водили смо се потребама клиника које у свом свакодневном раду користе механичке шиваче, стаплере. Партија бр.4, подразумева стаплере закривљене са самообарајућом главом. Потреба за оваквим инструментима је изражена поготову код високо специјализованих хируршких интервенција на једњаку, желуцу и ректуму. Партије бр. 5 и 6, подразумевају циркуларне стаплере који имају могућност подешавања висине затварања ножице кланфе у амплитуде од 2.5mm до 1.0mm. Наведена могућност подешавања је од изузетног значаја и има предност код адекватног извођење анастомозе код различитих дебљина ткива. Ово има посебан значај код сегмената дигестивног тракта који немају у својој анатомској структури серознидеозида, тако да су анастомозенатим сегментима далеко ризичније и подложне, у већем проценту, компликацијама, које угоржавају живот болесника. Са могућношћу подешавања нивоа затварања кланфица, у зависности од дебљине ткива, могуће је извести оптималну компресију и адаптацију стаплерске анастомозе. Другим речима универзална величина и начин савијања кланфица није могуће применити код свих делова дигестивног тракта. Ово су разлози због којих се неће мењати услови који су наведени у конкурсној документацији.