



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 162А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.04.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Молимо Вас за додатно појашњење за партију бр.38 – Системи за инвазивни мониторинг, зашто наручилац тражи три кабла по монитору, а на предметном тендеру је расписана набавка за једноструке и двоструке трансдјусере?

ОДГОВОР:

1. Наручилац тражи три кабла по сваком монитору због потребе мерења једног, два или сва три притиска (централног венског притиска, системског артеријског притиска, и плућног артеријског притиска).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ