



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **ОКСИГЕНАТОРИ** бр.120А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 01.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. На страни 21. конкурсне документације, у делу „ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА НАБАВКА ДОБАРА - Оксигенатори“ за партију 1. наводи се: „Оксигенатори и сет линија са облогом „coating-ом“ (phosphorylcholine), за одрасле са површином мембране до 2,5 м² и протоком 7L/min и више, према нацрту Клиничког центра Србије датог у прилогу број 7/1“. Оваквом формулацијом, у делу где се наводи да облога оксигенатора треба да буде на бази „phosphorylcholine“-а, директно се ограничава учешће свих потенцијалних понуђача чији оксигенатор нема овакав тип облоге, што је у супротности са начелом обезбеђивања конкуренције, члан 10 Закона о јавним набавкама. С тим у вези, члан 72. Закона о јавним набавкама дефинише начин коришћења техничких спецификација. Навођење „phosphorylcholine“-а као типа облоге у директној је супротности са овим чланом закона, који предвиђа се да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације у смислу омогућавања учешћа већем броју понуђача који у продајном програму имају оксигенатор са облогом („coating-ом“), не ограничавајући набавку само на произвођача чија је облога на бази „phosphorylcholine“-а

ОДГОВОР:

1. У складу са вашим захтевом, облога или coating која је на бази phosphorylcholine није робни знак,тип произвођача, већ хемијско средство које се користи. У досадашњим искуствима смо радили и са другим облогама али смо најзадовољнији са истим као у документацији. Упознати смо са оксигенаторима са oblogom-coatingom која је на бази хепарина, а која је ваша стандардна облога имали смо негативна искуства са пацијентима који болују од HIT-а (Heparin indukovana trombocitopenija). У тим ситуацијама били смо приморани да користимо оксигенаторе другог произвођача. Стога, наручилац остаје при условима и техничким карактеристикама које су дефинисане у прилогу бр.7 конкурсне документације.