



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:979/1

Датум:13.12.2013.год.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара- **МЕХАНИЧКА ВАЛВУЛА СА ГРАФТОМ** бр. 279А/2013, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.12.2013. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Будући да је дијаметар графта одређен у односу на техничке карактеристике саме валвуле и да се разликује од произвођача до произвођача, у односу на стандардне димензије валвула (19,21,23,25,27...), наше питање гласи да ли ће комисија прихватити валвуле са графтом следећих димензија: 21х22, 23х24 и 25х26?

ОДГОВОР:

1. Обавештавамо Вас да комисија може узети у разматрање валвуле са графтовима, искључиво оних димензија које су наведене у техничкој спецификацији тендера.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПРИ УПРАВИ И СЕКРЕТАРИЈАТУ КЦС

.....
Владан Долаш, дипл.правник