



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СТАПЛЕРИ** бр.7А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.02.2015. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Овим путем Вам се обраћамо поводом уочених неправилности у састављању конкурсне документације предметне јавне набавке, конкретно у делу који се односи на партије бр.1,2 и 4.

Наиме у тачки 2. конкурсне документације – подаци о предмету јавне набавке – опис партије – назив добара наведене су следеће величине циркуларних стаплера:

1	Cirkularni stapleri - zakrivljeni, sa samoobarajućom glavom – 25mm
2	Cirkularni stapleri - zakrivljeni sa samoobarajućom glavom – 28mm
4	Cirkularni stapleri - zakrivljeni sa samoobarajućom glavom – 31mm

Сматрамо да овакав захтев наручиоца, тј.захтев за набавку стаплера наведених димензија представља повреду Закона о јавним набавкама, а посебно повреду начела обезбеђивања конкуренције из члана 10.ЗЈН.

Ово из разлога што наведене димензије стаплера у Србији поседује само једна компанија. Са друге стране, наша компанија, може понудити потпуне исте стаплере, који задовољавају потпуно исте потребе наручиоца, само незнатно другачијих димензија и то:

Cirkularni stapleri - zakrivljeni, sa samoobarajućom glavom – 26mm
Cirkularni stapleri - zakrivljeni sa samoobarajućom glavom – 29mm
Cirkularni stapleri - zakrivljeni sa samoobarajućom glavom – 32mm

Дакле, разлика у димензији је 1mm, што у пракси не представља разлику и такви стаплери се могу у пракси потпуно исто употребљавати и задовољавати потребе наручиоца на потпуно исти начин, као и стаплери дужи за 1mm. Напомињемо да ово није наше произвољно мишљење, већ и мишљење других наручиоца у поступцима јавних набавки, који су за исте сврхе прихватили и потврдили исту примену стаплера димензија које ми нудимо, било да су прихватили одступање у димензијама, било да су и сами у спецификацији добара конкурсне документације навели ту могућност.

Како стаплере димензија које сте ви навели у документацији, а како је горе речено поседује у понуди само једна компанија на тржишту Србије, а ми (а могуће и други понуђачи) можемо да понудимо исте стаплере димензија већих за 1mm, који задовољавају исте потребе на исти начин, то би овакво ограничење у конкурсној документацији представљало дискриминацију понуђача који могу понудити стаплере веће за 1mm, и тиме би било супротно члану 10.ЗЈН.

Поред тога, наведено поступање наручиоца је и у супротности са чланом 71,став 1, тачка 2.ЗЈН, који изричито наводи да се техничке спецификације постављају на начин да исти буду описани у складу са објективним потребама наручиоца. Обзиром да је досадашња пракса показала да поменута разлика у димензији није од значаја за примену стаплера, то тражене димензије не могу бити објективно потребне наручиоцу.

Са свега изнетог, молимо вас за појашњење и потврду да ли можемо у предметној јавној набавци понудити стаплере димензија:

Cirkularni stapleri - zakrivljeni, sa samoobarajućom glavom – 26mm
Cirkularni stapleri - zakrivljeni sa samoobarajućom glavom – 29mm
Cirkularni stapleri - zakrivljeni sa samoobarajućom glavom – 32mm

који су по својој примени исти као и они првобитно тражени у конкурсној документацији.

ОДГОВОР:

Техничка спецификација за ЈН 7А/2015 је дефинисана на основу реалних потреба, потраживања, просечне потрошње као и специфичности инструмената.

За дефинисање врста и количина сталера, водили смо се потребама клиника које у свом свакодневном раду користе механичке шиваче, стаплере. Пошто је КЦС терцијарна здравствена установа са специфичним обимом и тежином посла који се у њему обавља, јасно је да и најпознатији и најстручнији лекари, у овом случају хирурзи, раде у њој. Ове инструменте користе Клиника за дигестивне болести - Прва хируршка клиника, Ургентни центар, Институт за плућне болести - Грудна хирургија, Уролошка клиника и спорадично друге. Високо специјализоване хируршке интервенције које се не изводе рутински у другим хируршким центрима захтевају и најадекватнију опрему и инструменте као и уградни материјал. С обзиром на дугогодишње искуство, као и високо квалитетан стручни рад, референтност у Европи и Свету, стручни колегијуми наведених клиника су навели карактеристике и специфичности стаплера које су неопходне за адекватан, а пре свега сигуран рад. Поузданост ових инструмената је једна од најважнијих чињеница која може утицати на исход лечења болесника тј. на евенталне компликације проузроковане неадекватним инструментима, стаплерима.

Комисија за предметну јавну набавку је на основу мишљења експерата из сваке области и уз закључак Стручног колегијума сваке клинике, формирала документацију за ЈН 7А/2015. Јединствено је мишљење да квалитет превасходно не сме да угрожава болесника, као и да компромитује квалитет рада лекара, хирурга, КЦС.

Партије 1, 2, 4, подразумевају стаплере закривљене са самообарајућом главом. Ова врста стаплера је била и на претходним ЈН, у којим случајевима су се јављала два понуђача који су имали тражени производ. Потреба за оваквим инструментима је изражена поготову код високо специјализованих хируршких интервенција на једњаку, желудцу и ректуму. (једњак и екстраперитонални сегмент ректума немају серозу тако да при миграцији инструмента који нема самообарајућу главу лакше може доћи до компромитације анастомозе као деструкције зида, високе интраторакалне и ниске, колоаналне, анастомозе тешко доступне са повећаним ризиком по живот опасних компликација...)

Што се тиче Intro Circular Premium Tilt-top Disposable Surgical Stapler-а величина 26, 29 и 31 они су били понуђени и изабрани у јавној набавци 2013. године које сте ви као дистрибутер заступали. На ове циркуларне шиваче је било више притужби које су биле упућиване Агенцији за лекове и медицинска средства и Вама. О проблему је званично обавештена Агенција за лекове и медицинска средства, пријава бр. 515-06-00093-2013-7 од 27.09.2013.год.

Проблеми са инкомплетном шавном линијом, лошом компресијом или недостатком кланфи, су се јављали у више наврата и то код високо специјализованих стручњака са богатим искуством у формирању стаплерских анастомоза. (проф.др П.Пешко, проф.др М.Бјеловић, проф. др А.Симић, проф.др Н.Радовановић, доц.др П. Сабљак, доц.др Д. Стојаков, проф.др З. Кривокапић, проф. др Д. Кеџмановић, доц др В.Марковић, доц др Г. Баришић, доц др М. Павлов...) Јединствено мишљење стручног колегијума да ови инструменти (Circular Premium Tilt-top Disposable Surgical Stapler величина 26, 29 и 31) неодговарају потребама КЦС.