



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД,
Пастерова 2
СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА: ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ
Број јавне набавке: 263А/2013**

Предмет: Додатно објашњење у поступку јавне набавке

ПИТАЊЕ бр. 1: Да ли је прихватљива понуда ако потенцијални понуђач понуди феморални стем са CCD углом већим од 130 степени за стандардну и латерализовану верзију која не садржи други услов CCD угао од 125 степени за Соха Vara стем, што је специфичан назив који користи само један понуђач за добро, које може понудити искључиво један понуђач? Да ли ће, такође, бити прихватљива понуда са понуђених 10 величина стемова, што је са становишта клиничке праксе задовољавајући услов, а истовремено не ограничава конкуренцију? Даље, да ли је прихватљива понуда са најмање 12 и више величина acetabulumа, као и понуда за liner са елевацијом 0,10 (опционо) 20 степени, односно понуда, која садржи главу најмање 4 величине?

ПИТАЊЕ бр. 2: Да ли је прихватљива понуда у којој потенцијални понуђач понуди за феморални стем материјал напредније генерације у односу на тражени нерђајући челик, CCD угао већи од 130 степени, најмање 12 величина ацетабуларне компоненте, liner са елевацијом 0,10 (опционо 20) степени и главу са најмање 4 величине?

ПИТАЊЕ бр. 3: Да ли је прихватљива понуда у којој потенцијални понуђач понуди за цементни стем еквивалентни материјал нерђајућем челику и дводелну главу (као алтернативу моноблоку), односно да ли ћете прихватити понуду у којој понуђач понуди троделну биартикуларну протезу нарочито имајући у виду, да је претходно расписаним ЈН за имплантате наручилац КЦС тражио управо и једну и/или другу врсту биартикуларне протезе (дводелну и/или троделну)?

У складу са чланом 63. ст. 3 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/2012) , наручилац у поступку јавне набавке 263А/2013 – **ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ** даје следећа објашњења:

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће прихватити понуде понуђача чија добра имају тражене техничке карактеристике.
2. Од када се спроводе поступци јавних набавки у Клиничком центру Србије, за потребе пацијената Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију никад није закључен уговор о купопродаји имплантата само са једним понуђачем.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
председник комисије

Др Војо Суђић