



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **ИМУНОЛОШКИ ТЕСТОВИ** бр. 276А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 22.07.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. За партију 5 конкурсном документацијом су тражени инхалациони и нутритивни панели као и одговарајући софтвери за читање Western blot traka.

Наиме, као заинтересовани понуђачи понудили би смо апарат CLA-1 произвођача Hitachi IVD дијагностику алергија, хемилуминисцентном методом. Дијагностика је на принципу панела (инхалатори, нутритивни, универзални, атопични) са аутоматском обрадом резултата у хемилумисцентним јединицама и класама. Презентација апарата и дијагностике је спроведена на Одељењу имунолошке лабораторијске дијагностике.

Наше питање је да ли на горе поменути партију 5 можемо да понудимо апарат Hitachi и одговарајуће панеле.

ОДГОВОР:

1. Понуђач може понудити апарат само ако исти поседује софтвер за обраду добијених резултата који у електронском облику могу да се сачувају на неком чврстом диску.

У конкурсној документацији је наведено који су панели у питању, као и које алергене исти морају да садрже, тако да ако је састав панела одговарајући, понуда ће бити прихватљива.