



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Медицински потрошни материјал за потребе Микробиолошке лабораторије** бр. 324А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. С обзиром да се у **Партији бр. 51** – Хранљиве подлоге, наручује Mac Conkey, молимо појашњење – да ли је предмет набавке Mac Conkey агар или Mac Conkey бујон?
2. С обзиром да се у **Партији бр.52** – Хранљиве подлоге, наручује Mueller-Hinton агар, а ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, захтевају **под бр.6.** да је неопходно да Mueller-Hinton агар испуњава следеће услове: одговарајући садржај тимина и тимидина као и јона Калцијума++ и Магнезијума++ са којима се добијају задати резултати у контроли квалитета антибиограма следећи EUCAST стандард, молимо појашњење – да ли је довољно да се уз ову техничку карактеристику приложи **Сертификат контроле квалитета за Mueller-Hinton агар**, из којег се виде резултати антибиограма који одговарају EUCAST стандарду и који су индиректни показатељи присуства захтеваног састава Mueller-Hinton агара.

ОДГОВОР:

1. Предмет добара у партији бр. 51 односи се на MacConkey agar.
2. Наручилац истиче да у сврху доказивања техничких карактеристика добара из партије број 52 није довољно доставити само сертификат контроле квалитета.