



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Медицински потрошни материјал опште намене – Систем за трансфузију** бр. 340А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли се у јавној набавци 340А/2015 медицински потрошни материјал опште намене систем за трансфузију, мисли на систем са металном или са пластичном иглом?

ОДГОВОР:

1. Потребно је да се понуди систем за трансфузију са пластичном иглом.