



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији бр. 532A/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 25.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли се за десету партију мисли на биполарне пинцете, а ако не да ли нам можете мало ближе појаснити на шта се конкретно мисли?.

ОДГОВОР:

1. Наставци за хемостазу код биполарних пинцета су стерилни наставци за биполарну пинцету и користе се у специјалним ситуацијама:
Codman isocool, REF 8135 100S за bipolarnu држалју,
REF 80 100 10 H са каблом,
REF 30-1536 разних дужина (9,12 и 14 cm), и дебљине врхова од 0,5 до 2 mm.