



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Антибактеријски филтери без овлаживача и са овлаживачем** бр. 80А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 06.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У прилогу бр.7 и бр.7/1– Предмет: Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара према захтеву наручиоца - стоји црвеним курзивом НАПОМЕНА: да тражена добра, дакле филтери морају бити стерилни (sterile) или ослобођени присуства свих микроорганизама и спора (clean). Наше питање, односно захтев, јесте да се наручилац (Клинички центар Србије) изјасни да ли има намеру да овим поступком ЈН уговори купопродају СТЕРИЛНИХ или КЛИНИЧКИ ЧИСТИХ медицинских средстава (у овом случају антибактеријских филтера), обзиром да се те две карактеристике морају апсолутно раздвојити. Стерилност НЕМА АЛТЕРНАТИВУ!

Како иначе у вашој тендерској документацији у прилогу везаном за критеријуме избора понуђача, стоје и додатни критеријуми којима ће се у случају истих пондера изабрати понуђач методом „извлачења из шешира“, молимо да се у спорну напомену предметног прилога бр.7 и 7/1 (где су очито а надамо се омашком побркране „бабе и жабе“) иста измени, те да се Наручилац недвосмислено изјасни у ком стању треба да буду тражена добра, обзиром да стерилност (стериле) није исто што и клинички чисто (clean).

Очекујући, да једна тако уважена Здравствена Установа као што је Клинички Центар Србије поштује све принципе асепсе, дакле и стерилности, неће бити проблема да да појашњење на ово наше питање. Такође вас још молимо да у случају да озбиљно схватате шта заправо значи стерилан медицински производ (у случају да баш такве тражите) уједно и назначите методу стерилизације како у том смислу не би било нових недоумица.

ОДГОВОР:

1. Наручилац истиче да је потребно да понуђени филтери буду стерилни или ослобођени присуства свих микроорганизама и спора (clean), како је то дефинисано у напмени која се налази у прилогу 7. конкурсне документације. Стога, за наручиоца је прихватљиво да понуђени филтери буду или стерилни или клинички чисти (clean).