



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ

За: партију бр. 1 - Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, и
партију бр. 2 - Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Број јавне набавке 492К/2016

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

Понуђачу „AB TRADE” д.о.о. Београд, за Партију бр. 1: Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у вредности и Партију бр. 2: Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ, у укупном износу од 9.650.000,00 динара без ПДВ-а, односно 11.580.000,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда једина оцењена благовременом, прихватљивом и одговарајућом.

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Количина (комад)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-а)	
			AB TRADE д.о.о. Београд, П-ОП-115 од 06.03.2017.	
			Јед.цена динара без пдв-а	Вредност без пдв-а
1	Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство	1	4.950.000,00	4.950.000,00
2	Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ	1	4.700.000,00	4.700.000,00
Укупна вредност без ПДВ-а за Партије бр.1 и 2:				9.650.000,00
ПДВ:				1.930.000,00
Укупна вредност са ПДВ-ом за Партије бр.1 и 2:				11.580.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 20.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 15124, у отвореном поступку ЈН бр. 492К/2016, за набавку добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ознака из општег речника набавке – 33100000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 112, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 5125.

Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија:

У предметном поступку јавне набавке поднет је захтев за заштиту права којим је оспорена конкурсна документација у делу који се односи на партију број 1 – Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, и партију бр. 2 - Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ.

Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1766/2017. од 27.01.2017.године, одбијен је захтев за заштиту права подносиоца „Getinge Group South East Europe” д.о.о. Београд. Наручилац је након пријема решења наставио поступак јавне набавке за ове две партије.

Процењена вредност јавне набавке за партије бр. 1 и 2:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без обрачунатог ПДВ-а)
1	Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство	5.100.000,00
2	Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ	4.755.000,00

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 13.475.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 13.03.2017. године.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке учешће су узела 3 (три) понуђача, и то:

1. „PTM” д.о.о. Шабац (поднео понуду за партије бр. 1 и 2)
2. „PAROCO MEDICAL EQUIPMENT” д.о.о. Нови Сад (поднео понуду за партије бр. 1 и 2),
3. „AB TRADE” д.о.о. Београд (поднео понуду за партије бр. 1 и 2)

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

-Понуда понуђача „РТМ“ д.о.о. Шабац, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за обе партије, из следећих разлога:

- Понуђач у оквиру своје понуде није доставио средство финансијског обезбеђења, иако је исто захтевано конкурсном документацијом. Како недостављање средства обезбеђења, сходно одредбама ЗЈН, представља битан недостатак понуде, то се ова понуда одбија као неприхватљива, у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.
- Понуђач у оквиру своје понуде није доставио попуњен потписан и печатом оверен Прилог број 7 конкурсне документације – „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (Члан 71. Закона о јавним набавкама)“ због чега наручилац није могао да утврди стварну садржину понуде нити је исту могао да упоређи са другим понудама, те се ова понуда, и из овог разлога не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

- Понуда понуђача Понуда понуђача „PAROCO MEDICAL EQUIPMENT“ д.о.о. Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 1 - Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, јер наручилац није могао да утврди стварну садржину понуде нити је исту могао да упоређи са другим понудама, будући да су докази који се односе на техничке карактеристике добра понуђеног за ову партију један другом противречни и контрадикторни.

Наиме, конкурсном документацијом наручиоца су у Прилогу бр. 7 - „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (Члан 71. Закона о јавним набавкама)“ између осталог захтеване и следеће карактеристике:

1.9 Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум +30/-35°

1.10 Латерални нагиб минимум +/-23°

1.12 Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум -40°+80°

1.14 Нагиб плоче ногу електроподесив +/-90°.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је исти за партију бр. 1 понудио операциони сто произвођача „Maquet GmbH“ из Немачке, модел „Meega w/o drive unit“.

Као доказ за захтеване карактеристике понуђач је, између осталог, доставио „Каталог 1. партија 1. ...“ у коме је на страни 10 - „Technical description and construction features“, за горе наведене ставке 1.9, 1.10, 1.12. и 1.14, наведено следеће:

-карактеристика „Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург“ +30/-25° (конкурсном документацијом захтевано минимум +30/-35°);

-карактеристика Латерални нагиб +/-20° (конкурсном документацијом захтевано минимум +/-23°);

-карактеристика Нагиб доње плоче леђа електроподесив -40°+70° (конкурсном документацијом захтевано минимум -40°+80°);

-карактеристика Нагиб плоче ногу електроподесив +80/-90° (конкурсном документацијом захтевано минимум +/-90°).

Даљим увидом у понуду понуђача утврђено је такође да је доставио и Изјаву – „Statement“ на енглеском језику, издату у Београду, дана 09.03.2017. године, од стране „GETINGE GROUP South East Europe d.o.o.“ у којој је наведено да понуђени операциони сто за партију бр. 1 у потпуности задовољава карактеристике захтеване конкурсном документацијом, па тако и карактеристике:

1.9 Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум +30/-35°

1.10 Латерални нагиб минимум +/-23°

1.12 Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум -40°+80°

1.14 Нагиб плоче ногу електроподесив +/-90°.

Због свега напред утврђеног и неспорне чињенице да се подаци из напред поменутог Каталога и Изјаве не слажу, односно да су контрадикторни и опречни, наручилац је, сходно члану 93. став 1. ЗЈН, затражио од понуђача додатно појашњење у смислу достављања Оригиналне изјаве произвођача ОП столова које понуђач нуди – „Maquet GmbH“ из Немачке, својеручно потписану од стране одговорног лица произвођача, оверену на начин предвиђен у земљи порекла, из које би наручилац несумњиво могао да утврди да ли ОП столови које понуђач нуди задовољавају карактеристике захтеване конкурсном документацијом, а које су у захтеву децидно наведене.

Понуђач у остављеном року није доставио захтевану изјаву.

Имајући у виду све напред наведено, захтеве конкурсне документације с једне стране и контрадикторне доказе понуђача са друге стране, те чињеницу да није било могуће утврдити стварну садржину понуде и исту упоредити са другим понудама, то наручилац ову понуду, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН, одбија се као неприхватљиву.

Понуда понуђача „PAROCO MEDICAL EQUIPMENT“ д.о.о. Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 2 –

Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ, јер наручилац није могао да утврди стварну садржину понуде нити је исту могао да упореди са другим понудама, будући да су докази који се односе на техничке карактеристике добра понуђеног за ову партију један другом противречни и контрадикторни.

Наиме, конкурсном документацијом наручиоца су у Прилогу бр. 7 - „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (Члан 71. Закона о јавним набавкама)“ између осталог захтеване и следеће карактеристике:

1.10 Латерални нагиб минимум $\pm 23^\circ$

1.12 Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум $-40^\circ + 80^\circ$

1.14 Нагиб плоче ногу електроподесив $\pm 90^\circ$.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је исти за партију бр. 2 понудио операциони сто произвођача „Maquet GmbH“ из Немачке, модел „Meera w/o drive unit“.

Као доказ за захтеване карактеристике понуђач је, између осталог, доставио „Каталог 1. партија 2. ...“ у коме је на страни 10 - „Technical description and construction features“, за горе наведене ставке 1.10, 1.12. и 1.14, наведено следеће:

-карактеристика Латерални нагиб $\pm 20^\circ$ (конкурсном документацијом захтевано минимум $\pm 23^\circ$);

-карактеристика Нагиб доње плоче леђа електроподесив $-40^\circ + 70^\circ$ (конкурсном документацијом захтевано минимум $-40^\circ + 80^\circ$);

-карактеристика Нагиб плоче ногу електроподесив $+80/-90^\circ$ (конкурсном документацијом захтевано минимум $\pm 90^\circ$).

Даљим увидом у понуду понуђача утврђено је такође да је доставио и Изјаву – „Statement“ на енглеском језику, издату у Београду, дана 09.03.2017. године, од стране „GETINGE GROUP South East Europe d.o.o.“ у којој је наведено да понуђени операциони сто за партију бр. 2 у потпуности задовољава карактеристике захтеване конкурсном документацијом, па тако и карактеристике.

1.10 Латерални нагиб минимум $\pm 23^\circ$

1.12 Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум $-40^\circ + 80^\circ$

1.14 Нагиб плоче ногу електроподесив $\pm 90^\circ$.

Због свега напред утврђеног и неспорне чињенице да се подаци из напред поменутог Каталога и Изјаве не слажу, односно да су контрадикторни и опречни, наручилац је, сходно члану 93. став 1. ЗЈН, затражио од понуђача додатно појашњење у смислу достављања Оригиналне изјаве произвођача ОП столова које понуђач нуди – „Maquet GmbH“ из Немачке, својеручно потписану од стране одговорног лица произвођача, оверену на начин предвиђен у земљи порекла, из које би наручилац несумњиво могао да утврди да ли ОП столови које понуђач нуди задовољавају карактеристике захтеване конкурсном документацијом, а које су у захтеву децидно наведене.

Понуђач у остављеном року није доставио захтевану изјаву.

Имајући у виду све напред наведено, захтеве конкурсне документације с једне стране и контрадикторне доказе понуђача са друге стране, те чињеницу да није било могуће утврдити стварну садржину понуде и исту упоредити са другим понудама, то наручилац ову понуду, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН, одбија се као неприхватљиву.

Понуђена цена за партију бр. 1 износи 3.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.840.000,00 динара са обрачунатим пдв-ом.

Понуђена цена за партију бр. 2 износи 3.070.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.684.000,00 динара са обрачунатим пдв-ом.

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред утврђеним условима у конкурсnoj документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц.др Милика Ашанин