



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1141

Датум: 09.09.2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број јавне набавке 323 К/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поштовани,

Овим путем вас обавештавамо да је наручилац у предметном поступку јавне набавке: МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА: СТЕРИЛИЗАТОР ПРОЛАЗНИ, извршио измену конкурсне документације у делу:

1. Прилог бр. 7 Конкурсне документације, партија број 1: ставка 4, пасус 3 пре измене конкурсе документације је гласио „Управљачка табла је изведена као колорни тач-скрин (екран осетљив на додир), или као уобичајен дисплеј са издвојеним тастерима“, а након измене конкурсне документације гласи „Управљачка табла је изведена као колорни тач-скрин (екран осетљив на додир), чија је дијагонала минимум 7“ (инча)“.
2. Прилог бр. 7 Конкурсне документације, партија број 1: ставка 10, пасус 1 пре измене конкурсне документације је гласио „Стерилизатор је опремљен уграђеним парним котлом, то јест паро-генератором, који поседује електричне грејаче који нису у контакту са водом (суви грејачи). Инсталисана снага парно-генератора: мах. 5 kW“, а након измене конкурсне документације гласи „Стерилизатор је опремљен уграђеним паро-генератором, који поседује електричне грејаче. Инсталисана снага паро-генератора: мах. 5 kW“.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

