



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

6323/2
22. 05 18 год.
БЕЛОРУСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ бр 2

На основу члана 109. и 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Бр. јавне набавке 129А/2018

Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара у отвореном поступку број 129А/2018 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, за добра из партије број 5, 11, 18, 21, 23, 53, 71, 91, 92 и 95.

и то:

- за партије за које није преостала ниједна прихватљива понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора:

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm	ком	40
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolaska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	ком	60
21	Deflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektorom i iglom vodičem, Rxp špricom	ком	300
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm	ком	300
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	ком	5
71	Kateter Multipurpose, 5-6 Fr, od 60-110 cm	ком	50
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr	ком	5

- за партије за које није пристигла ниједна понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора:

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.
92	Vodeći kateter (guiding catheter) HS1, 55 cm, 6-8 Fr	ком	5
95	Balon kateter za enteroklizu 13 Fr x 155 cm i žica 0.065 inča x 195 cm	ком	5

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 21.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, бр. 3472, ознаке из општег речника набавки 33111710.

Подаци из Плана набавки:

ДОБРА – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Редни број из Плана набавки: 22

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 42675107.

Процењена вредност јавне набавке износи 40.929.720,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност партија за које је обустављен поступак јавне набавке 5.798.000,00 динара без ПДВ-а:

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Процењена вредност без ПДВ-а
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500	1.750.000,00
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm	ком	40	58.000,00
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolaska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	ком	60	1.320.000,00
21	Deflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektorom i iglom vodičem, Rxp špricom	ком	300	1.500.000,00
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm	ком	300	390.000,00
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	ком	5	150.000,00
71	Kateter Multipurpose, 5-6 Fr, od 60-110 cm	ком	50	75.000,00
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr	ком	5	52.500,00
92	Vodeći kateter (guiding catheter) HS1, 55 cm, 6-8 Fr	ком	5	27.500,00

95	Balon kateter za enteroklizu 13 Fr x 155 cm I žica 0.065 inča x 195 cm	ком	5	475.000,00
----	--	-----	---	------------

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Одбија се понуда понуђача **APTUS д.о.о.**, Београд, бр. понуде Т-33/18 од 04.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 11 понуђен сет који не поседује иглу, а захтевана је конкурсном документацијом. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm	ком	40	1.150,00	46.000,00	58.000,00

Одбија се понуда понуђача **APTUS д.о.о.**, Београд, бр. понуде Т-33/18 од 04.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да за партију број 18 није понуђена нитинолска жица 0,018 за све величине, односно за поједине величине је понуђена челична жица уместо нитинолске, такође sheath нема хидрофилни премаз како је захтевано конкурсном документацијом. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinol ska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	ком	60	10.500,00	630.000,00	1.320.000,00

Одбија се понуда понуђача **APTUS д.о.о.**, Београд, бр. понуде Т-33/18 од 04.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 23 понуђен introducer уместо дилататора. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm	ком	300	1.100,00	330.000,00	390.000,00

Одбија се понуда понуђача **APTUS д.о.о.**, Београд, бр. понуде Т-33/18 од 04.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 71 понуђен катетер од 5 Fr, који има дужину од 80-100 cm, уместо захтевних 60-110 cm. Такође, понуђен је катетер од 6 Fr, који има дужину од 80-125 cm, уместо захтеваних 60-110 cm. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
71	Kateter Multipurpose, 5-6 Fr, od 60-110 cm	ком	50	1.200,00	60.000,00	140.000,00

Одбија се понуда понуђача **AUSTRO LINE д.о.о.**, Београд, бр. понуде бр.понуде бр.понуде 189/18 од 02.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 11 понуђен sheat дужине 24cm, а захтевана је дужина sheat-a од 23 cm. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm	ком	40	1.150,00	46.000,00	58.000,00

Одбија се понуда понуђача **AUSTRO LINE д.о.о.**, Београд, бр. понуде бр.понуде бр.понуде 189/18 од 02.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 23 понуђена дужина дилататора од 20 cm, а захтевана је дужина дилататора од 18 cm. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm	ком	300	820,00	246.000,00	390.000,00

Одбија се понуда понуђача **AMICUS SRB д.о.о.**, Београд, бр. понуде бр.понуде 414 од 05.04.2018. године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 71 понуђен катетер, који има дужину од 80-100 cm, уместо захтевних 60-110 cm. Такође, понуђен је катетер од 6 Fr, који има дужину од 80-125 cm, уместо захтеваних 60-110 cm. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
71	Kateter Multipurpose, 5-6 Fr, od 60-110 cm	ком	50	1.200,00	1.416,00	70.800,00

Одбија се понуда понуђача **BIOSTENT д.о.о.** Београд, бр. понуде 17/2018/129A/2018 од 02.04.2018, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да су за партију број 5 понуђене игле које немају полиуретански омотач и нису троделне, а захтевано је конкурсном документацијом. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
5	Punkcijske igle za nevaskulamu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500	3.560,00	1.780.000,00	1.750.000,00

Одбија се понуда понуђача **NEOMEDICA д.о.о.** Београд, бр.понуде VM-16/2018 од 10.04.2018.године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да су за партију број 5 понуђене игле које немају полиуретански омотач и нису троделне, а захтевано је конкурсном документацијом. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
5	Punkcijske igle za nevaskulamu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500	3.200,00	1.600.000,00	1.750.000,00

Одбија се понуда понуђача **MEDTRONIC SRBIJA д.о.о.** Београд, бр.понуде 39-4/18 од 11.04.2018.године, као неприхватљива/неодговарајућа из разлога што је увидом у каталог утврђено да је за партију број 91 понуђен периферни катетер, а захтеван је Renal double curve катетер. Имајући у виду наведено понуда наведеног понуђача се не може сматрати одговарајућом у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr	ком	5	4.490,00	22.450,00	52.500,00

Одбија се понуда понуђача „**APTUS д.о.о.**“ Београд, број понуде Т-33/18 од 04.04.2018. године. као неприхватљива, за партију број 21, из разлога што је понуђач понудио добро по цени која прелази износ процењене вредности, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
21	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricem u setu sa torkerom, u konektorom i iglom vodičem, Rxp špricem	ком	300	5.600,00	1.680.000,00	1.500.000,00

Одбија се понуда понуђача **BIOSTENT д.о.о.**, Београд, број понуде 17/2018/129A/2018 од 02.04.2018. године. као неприхватљива, за партије број 5, 18, 53 из разлога што је понуђач понудио добро по цени која прелази износ процењене вредности, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

бр. парт	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
5	Punkcijske igle za nevaskulamu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500	3.560,00	1.780.000,00	1.750.000,00
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	ком	60	22.575,00	1.354.500,00	1.320.000,00
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	ком	5	31.290,00	156.450,00	150.000,00

С обзиром на то да за партије број 5, 11, 18, 21, 23, 53, 71, 91 није преостала ниједна прихватљива понуда, а да за партије број 91 и 92 није пристигла ниједна понуда, стекли су се услови из члана 109. став 1. ЗЈН, па је донета одлука као у диспозитиву ове Одлуке.

Имајући у виду одредбе члана 88. став 2, о трошковима је одлучено као у диспозитиву.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и Порталу службених гласила РС и база прописа (у случају да је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. ЗЈН).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

[Својеручни потпис]

**В. Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**

Проф. др Милика Ашанин

