



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 109. и 88. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим :

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОНТЕЈНЕРИ И ДОБОШИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ Бр. јавне набавке 436К/2015

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке **КОНТЕЈНЕРИ И ДОБОШИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ**, по позиву за подношење понуда објављеном 16.11.2015.год. на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије, из разлога што у року за подношење понуда није пристигла ни једна прихватљива понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора.

У складу са чланом 88. став 2 ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 16.11.2015.године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 19799 за јавну набавку добара број 436К/2015 **КОНТЕЈНЕРИ И ДОБОШИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ**, ознака из општег речника набавке 33191000.

Подаци из Плана јавних набавки: **КОНТЕЈНЕРИ И ДОБОШИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ**. Редни број из Плана јавних набавки: 110.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: konto 5131 из средства Министарства здравља РС по Обавештењима бр. 401-00-295/3/2015-13 од 10.02.2015.године

Процењена вредност јавне набавке: 2.183.333,33 динара без ПДВ-а. Јавна набавка је једна партија.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Понуда понуђача 011 MEDICAL GROUP д.о.о. Београд, број 259-15 од 07.12.2015. године, за добра : Добоши за стерилизацију (понуђена цена: 2.689.518,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 3.227.421,60 динара са обрачунатим ПДВ-ом) се одбија као неприхватљива јер иста превазилази процењену вредност за јавну набавку добара из ове партије.
- Понуда понуђача SUPERLAB д.о.о. Београд, број Р-27296 од 14.12.2015. године, за добра : Добоши за стерилизацију (понуђена цена: 1.252.892,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.503.470,40 динара са обрачунатим ПДВ-ом) се одбија као неприхватљива јер понуђена добра не задовољавају неопходан квалитет, што се огледа у следећем:
 - поклопац целим обимом не затвара добош
 - горњи део добоша нема облик правилног круга (читавим обимом – горњом ивицом добоша, су „фалте“, што не дозвољава правилно затварање добоша
 - горња ивица добоша није обрађена, тако да може доћи до повређивања особља које користи добош
 - са унутрашње стране добоша нису обрађене тачке пуктовања, тако да и на њима може доћи до повређивања корисника истог
 - механизам за затварање добоша укриво постављен
 - унутрашња површина зидова добоша обрађена механички, па су видљиви трагови таквог начина обраде – „рисови“, а не електрохемијским поступком, што је пракса свих већих произвођача хируршких инструмената и контејнера и добоша за стерилизацију

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, исто обавештење наручилац је у обавези да објави и на порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц.др Милика Ашанин

Milica

Milica Asanin