



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 27.03.2017.

БРОЈ: 466

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕМНГ И ЕЕГ АПАРАТЕ**

Број јавне набавке 97К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу Службеног гласника Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Предметна јавна набавка је организована по партијама. Партија 3, 4 и 5 су ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром или одговарајући.
 3. - ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром или одговарајући, димензија: 25mm,0.30 (30G) (кутија 25/1),
 4. - ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром или одговарајући, димензија: 37mm,0.46 (26G) (кутија 25/1)
 5. - ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром или одговарајући, димензија: 50mm,0.46 (26G) (кутија 25/1)

Шта подразумевате под „одговарајући“? Да ли ћете сматрати да је понуда прихватљива уколико су електроде са титанијумским језгром?

ОДГОВОР:

1. Наручилац је израдио конкурсну документацију на основу предходног искуства са добрима из партија број 3, 4 и 5. Уколико наручилац добије понуду са иглама које немају волфрам језгро, наручилац ће, у сврху правилне оцене понуда, од понуђача затражи достављање узорка за те партије, а што је предвиђени конкурсном документацијом прилогом број 7 у тачки 4 осталих услова, и на основу тестирања узорка утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима наручиоца, односно да ли су компатибилни са апаратима које поседује наручилац.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ