



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 05.03.2020.
БРОЈ: 311

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – Потрошни материјал за електрохируршке генераторе
"Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере Covidien
Број јавне набавке К99/2020**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Поштовани, да ли је за партију број 10 – Плочица абразивна, прихватљиво да се понуди чистач врха (плочица абразивна) димензија 4,5 x 4,5 cm?"

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ