



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.03.2020.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача GE

Број јавне набавке T97/2020

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

Обраћамо Вам се у вези добијања додатних информација и појашњења shodno члану 63. Закона о јавним набавкама, а ради правилне израде понуде за јавну набавку br. T97/2020, molimo Vas da nam pojasnite sledeće stavke iz konkursne dokumentacije i da odgovorite na postavljena pitanja kako sledi:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 12 od 38, Prilog broj 3, tačka broj 2 – Servisne intervencije, tačka redni broj 6 glasi – Reparacija (popravka) sonde.

Sugerisemo izmenu konkursne dokumentacije, tako da na strani 12 od 38, u Prilog broj 3, tačka broj 2 – Servisne intervencije, tačka redni broj 6 glasi: „Reparacija gumenog uvodnika kabla u telo ultrazvučne sonde”.

2. U konkursnoj dokumentaciji na strani 14 od 38, Prilog broj 3, tačka broj 3 - Cene rezervnih delova – za ultrazvučni aparat Model Logiq F6, tačka broj 15 glasi: Dust gasket-fixing ring-poklopac trackball - GA200971.

Sugerisemo izmenu konkursne dokumentacije, tako da se na strani 14 od 38, Prilog broj 3, tačka broj 3 - Cene rezervnih delova – za ultrazvučni aparat Model Logiq F6, tačka broj 15 izbriše sa liste rezervnih delova, i upiše u listu rezervnih delova (kao Rb. 11) za ultrazvučni aparat Vivid E9, koji se nalazi na strani 13 od 38.

Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ