



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 838.

Датум: 11.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
109 КМ /2014**

Питање бр.1: „У конкурсној документацији наведени су обавезни услови које понудач треба да испуни за учешће у поступку јавне набавке. Да ли ће понуда бити прихватљива уколико се као доказ наведених обавезних услова достави изјава на меморандуму понуђача, као и Прилог 5/1 садржан конкурсном документацијом, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача?

ОДГОВОР: - Довољно је доставити изјаву.

Питање бр.2: „У конкурсној документацији на страни 28, наведено је да се уз понуду обавезно мора доставити проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис.

Да ли ће бити прихватљиво да се као доказ техничких карактеристика, поред каталога доставе и карактеристике садржане у Instruction manual, Service manual, као и у Апликационим нотама произвођача? С обзиром да је језик понуде српски а да је у конкурсној документацији наведено да проспектни материјал може бити одштампан са сајта произвођача, да ли је прихватљиво да се претходно наведени докази доставе на енглеском језику или је неопходно преводити и оверити од стране судског тумача?“

ОДГОВОР: - Прихватљиво је да понуђач докаже захтеване карактеристике Каталогом, Instruction manual и Service manual-ом. Неће бити прихваћене само изјаве произвођача. Докази се могу доставити на енглеском језику.

Питање бр.3: „У конкурсној документацији захтевано је да се доставе лиценце овлашћених сервисера.

Да ли ће бити прихватљива понуда, уколико се доставе неоверене копије сертификата сервисера на енглеском језику?“

ОДГОВОР: - Да.

Питање бр.4: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да минимална запремина узорка буде 0,5µl?

Да ли ће бити прихватљива понуда уколико се понуди уређај бољих карактеристика од траженог, са минималном запремином узорка од 1 µL? Запремина од 1 µL је опште прихваћена за рад и није неопходно употребљавати мање запремине.“

ОДГОВОР: - Није нам познато који ће уређаји бити понуђени од стране произвођача, те не можемо знати шта се подразумева под бољим карактеристикама од тражених. Прихватљиве су понуде које испуњавају тражене минималне техничке карактеристике.

Питање бр.5: У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је за опсег таласне дужине доња граница буде 190 – 200 nm.

Да ли ће бити прихватљива понуда за уређај са опсегом таласне дужине од 220 nm навише, пошто је за анализе које се врше на уређају довољна и доња граница од 220 nm?“

ОДГОВОР: - Тражено је да доња граница таласне дужине буде од 190-200 nm. Како се код нас често врше мерења различитих супстанци, на пример мерења пептида, на таласној дужини од 205 nm, то наручилац остаје при захтеву из минималних карактеристика конкурсне документације за ову јавну набавку.

Питање бр.6: У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да уређај садржи кивету.

Да ли би била прихватљива понуда која би садржала кивету оптичког пута 5 mm са запремином од 2 mL, висине мање од 8,5 mm?

ОДГОВОР: - У зависности од тога који уређај буде изабран приликом јавне набавке, кивета мора да одговара његовим карактеристикама, како би могла да се користи за мерења на изабраном уређају.

Питање бр.7: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике, захтевано је да уређај садржи кивету, температуре: $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Да ли би била прихватљива понуда за уређај који нема могућност термостатирања кивете, већ би се мерења вршила на собној температури?

ОДГОВОР: - Прихватљиве су понуде које испуњавају тражене минималне техничке карактеристике.

Питање бр.8: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да се уз уређај испоручи кит за потврду калибрације система, 2 ком.

Да ли ће бити прихватљива понуда уколико се понуди уређај који нема потребе за коришћењем китова, већ се целокупна контрола уређаја врши аутоматски путем софтвера? Сама контрола уређаја чак и валидација се врше аутоматски – софтверски, без употребе китова било које врсте.“

ОДГОВОР: - У зависности од карактеристика уређаја који буде изабран приликом јавне набавке биће, или неће бити потребна испорука одговарајућих китова за калибрацију.

Питање бр.9: „У конкурсној документацији на страни 29 „ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ“, у позицији 6. је наведено: „За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8“. Да ли је у тексту дошло до грешке и да ли се те изјаве односе на позиције: 2, 3 и 5, с обзиром да позиција 8 не постоји?

ОДГОВОР: - У тексту је дошло до грешке и Изјава треба да се односи на позиције: 2, 3 и 5.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Владан Долаш, дипл.правник