



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 624

Датум: 09.09.2013.год.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
113 К /2013**

Питања за партију бр.1

Питање бр.1: „Наручилац је у ставци 13. као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора имати графички дисплеј довољно великих димензија који омогућује алфанумеричко приказивање тражених параметара као и могућност приказивања врсте шприца када је реч о инфузионим пумпама није могуће. Предпостављамо да се ради о грешци јер се исти захтев тражи код шприц пумпи.“

ОДГОВОР: - У питању је грешка, тако да дисплеј не треба да има могућност приказивања врсте шприца.

Питање бр.2: „За ставку 19. молимо вас да у складу са чланом 71. Закона, детаљно дефинише тражене техничке карактеристике с обзиром да иста прецизно и јасно дефинисана како би понуђачи могли да припреме одговарајућу понуду.“

ОДГОВОР: - У ставки 19 мисли се на оригинални носач (или кућиште) пумпи који мора бити модуларан, са могућношћу надоградње додатних носача у случају потребе.

Питања за партију бр.2

Питање бр.1: „За ставку 5. наручилац захтева да VTBI буде од 0,1-9990 мл, од 1 min до 25 h. Молимо да појасните да ли понуђено добро мора имати распон од 1 до 25h“

ОДГОВОР: - У конкурсној документацији ова карактеристика није прецизно дефинисана, мислило се на време од 1 min до пуна 24 часа.

Питање бр.2: „За ставку 12. наручилац је предвидео да пумпа мора имати опцију интегрисане листе лекова које се могу груписати у најмање 20 категорија. Да ли ће за наручиоца бити прихватљива понуда понуђача која садржи могућност груписања лекова у 15 категорија?“

ОДГОВОР: - Биће прихваћена свака понуда која нуди пумпу са могућношћу груписања 90 лекова у 15 категорија.

Питање бр.3: „У ставки 14 наручилац захтева да понуђено добро поседује софтвер инсталисан у пумпи на српском језику. Молимо вас да се дозволи и могућност софтвера на енглеском језику.“

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при захтеву да пумпа мора имати софтвер на српском језику. Понуђачи морају инвестирати у израду софтвера за своје пумпе на српском језику, јер то није велика инвестиција. У земљама у окружењу које су мање тржиште од нашег то је уобичајена ствар. Поређивање пумпи са апаратом за анестезију, МР и ЦТ није на месту имајући у виду да са пумпама ради далеко већи број особља, особља које је ниже квалификационе структуре од оног које ради на опреми коју сте навели за поређење.

Питање бр.4: „Ставком 16. наручилац захтева опцију да „Оклузивни притисак“ буде подесив у 10 нивоа. Да ли ће наручилац сматрати да је понуђач задовољио минималне техничке карактеристике уколико понуди оклузивни притисак подесив у 9 нивоа?“

ОДГОВОР: - Наручилац ће прихватити и понуде које нуде пумпе а имају опцију оклузивног притиска подесивог у 9 нивоа.

Питање бр.5: „ Ставком 18. наручилац је тражио могућност приказивања 7 параметара на графичком дисплеју пумпе, између осталог и приказивање параметра који се односи на врсту шприца. Да ли се прихвата понуда која не испуњава овај захтев?“

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације за приказивање свих 7 параметара на графичком дисплеју. Ову могућност има више произвођача шприца пумпи.

Питање бр.6: „Наручилац у ставки 21 специфицира карактеристике батерије за пумпу. Да ли је могуће понудити пумпу са батеријом која је дефинисана на други начин?“

ОДГОВОР: - Биће прихваћена свака понуда која уз пумпу нуди батерију приближних карактеристика оној дефинисаној у конкурсној документацији.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић