



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 480

Датум: 28.04.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
151 К /2014**

Питање бр.1: „Брзина протока од 0,01 ml/h је апсолутно клинички несигнификантно, а ставља у монополски положај неког произвођача. Није познато да нека фармацеутска кућа производи иједан лек или препарат, чија се апликација препоручује при таквој малој брзини. Да би се осигурала конкуренција већег броја понуђача, молимо вас да се реченица „Брзина протока од 0,01 – 1000 ml/h са повећањем од 0,1 ml/h“ замени следећом: „Брзина протока од 0,1 – 1000 ml/h са повећањем од 0,1 ml/h“

ОДГОВОР: - У Конкурсној документацији се подкрала грешка на страни 104, у прилогу бр.7, у делу Минималне техничке карактеристике, под редним бројем 1.1. уместо да стоји: „Брзина протока од 0,1 – 1000 ml/h са повећањем од 0,1 ml/h“, стоји: „Брзина протока од 0,01 – 1000 ml/h са повећањем од 0,1 ml/h.“

Питање бр.2: „У истом Прилогу, на истој страни, под тачком 1.8. Аларми и безбедоносне одлуке – да ли се тражи приказ на монитору пумпе одједном или се дозвољава улазак у подмени за сваку појединачну безбедоносну одлуку?“

ОДГОВОР: - Захтева се да аларми пумпе одреагују одједном, у свим ситуација када је то потребно, уз истовремени приказ на монитору пумпе .

Питање бр.3: „У оквиру партије 18.предмет јавне набавке су суви стерилизатори. Молимо вас да нам одговорите које врсте роба и за коју намену ће се стерилисати у предметним сувим стерилизаторима“

ОДГОВОР: - Хируршки инструменти и потрошни материјал за амбуланте.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић, дипл.правник