



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Услуге одржавања и поправки скенера произвођача General Eletric
Број јавне набавке 195Т/2014**

По позиву за подношење пријава објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним подносиоцима пријава у поступку јавне набавке Услуге одржавања и поправки скенера произвођача General Eletric

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуда:

ПИТАЊА:

1. Напоменом број 1 у прилогу број 3 и чланом 4. модела уговора захтевано је да се up time од 92% за апарат који се налази у Вентру за пријем и збрињавање ургентних стања односи на 24 часа 365 дана годишње. обзиром да се овим укључују и радни сати ван редосног радног времена и нерадни дани, понуђена цена ће бити значајно већа од процењене вредности набавке. због тога предлажемо да се овај захтев избаци и да напомена 1 и алинеја 1 члана 4.4. модела Уговор а гласе:

„Up time од 92% се односи само на радне дане и то у времену од 8 до 16 часпва за апарате Lightspeed 64VCT i Brightspeed 16 Elite,,

2. Напоменом број 2 у прилогу бр. 3 и алинеји бр. 2 члана 4.4. модела уговора, захтевали сте да се за апарат Brightspeed 16 Elite пријаву кvara ван радног времена може да врши дежурни рентген техничар. Молимо да се прихвати допуна ове алинеје тако да гласи:

„ Као нерадно време тј. време када апарат није у функцији подразумева време од пријаве кvara апарата, коју врши надлежно лице из Службе за техничке и друге послове, до поправке апарата (укључујући дефектажу, испоруку и уградњу делова). За апарат Brightspeed 16 Elite пријаву кvara ван радног времена може да врши дежурни РТГ техничар, али нерадно време ће се рачунати по добијању писаног захтева сходно члану 4.1 модел уговора,,

3. У прилогу бр. 7 на страни бр. 32 наводи се да је минимални гарантни рок за уграђене делове 6 месеци. Како се ради о уговору за сервисирање опреме у трајању од годину дана, предлажемо да се овој напомени дода следећи текст: али не дуже од престанка трајања уговора за услуге одржавања и поправки скенера, односно уговора који је предмет јавне набавке.

4. Обзиром да GE Healthcare у својој сервисној организацији поседује тзв. „On line,, сервисне центре којим се омигућава одржавање опреме коришћењем криптоване интернет везе на брз и ефикасан начин, предлажемо да се за коришћење ове услуге обезбеде технички услови од стране поручиоца те да се члану 4. Модела Уговора дода следећи став: „4.6. Наручилац је обавезан да обезбеди техничке услове за обезбеђивање везе са сервисним центром произвођача а то су : статична спољна IP адреса, веза коришћењем рутерског уређаја унутар постојеће мреже наручиоцаа.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.
2. Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.
3. Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.
4. Наручилац ће у складу са вашим питањем и захтевом изменити конкурсну документацију која ће бити објављена на интернет страници КЦС и порталу УЈН.

У Београду, 19.06.2014. године

Комисија