



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 651

Датум: 16.09.2013.год.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
113 К /2013**

Питања за партију бр.1

Питање бр.1: „Пошто је тражен апарат малих димензија, истовремени приказ на самом апарату више параметара је ограничен. Истовремено у ставки 20 се тражи могућност умрежавања што омогућава приказ тражених параметара на монитору, стога је наше питање: да ли наручилац прихвата приказ на монитору самог апарата: брзину протока, волумен и преостали волумен, а остале параметре преко ставке 20 ?“

ОДГОВОР: - Биће прихваћена свака понуда која нуди пумпу са могућношћу приказивања брзине протока, волумена и преосталог волумена на самој пумпи, а осталих параметара преко монитора са којим је пумпа умрежена.

Питања за партију бр.2

Питање бр.1: „У ставки 14 минималних техничких карактеристика захтевано је: Софтвер инсталисан у пумпи на српском језику.“

ОДГОВОР: - У предходном обавештењу ово питање (захтев да се одустане од ове техничке карактеристике) је одбијено. Комисија и даље остаје при првобитном захтеву да пумпа мора имати софтвер на српском језику.

Питање бр.2:„ Ставком 18. наручилац је тражио могућност приказивања 7 параметара на графичком дисплеју пумпе, између осталог и приказивање параметра који се односи на врсту шприца. Молимо вас да прихватите и понуду која приказује 5 од укупно 7 тражених параметара на дисплеју.“

ОДГОВОР: - Биће прихваћена свака понуда која нуди пумпу са могућношћу приказивања 5 параметара на дисплеју пумпе и поред сазнања да постоји више произвођача који производе пумпе са могућношћу приказивања 7 захтеваних параметара на сопственом дисплеју.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић