



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 774.

Датум: 03.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
179 К /2014**

Питање бр.1: „TFT LCD дисплеј у колору 5,7“ са могућношћу приказа минимум 2 криве и 5 нумеричких параметара“.

Питање: Којих пет параметара захтевате да буду приказани на екрану?

ОДГОВОР: - Апарат мора да има могућност приказа минимално 5 нумеричких вредности измерених параметара као што су на пример: HR, SpO2, PR, EtCO2, RR и слично. Прибор за SpO2 и EtCO2 није неопходно испоручити уз апарат.

Питање бр.2: „Апарат мора бити опремљен са две велике папучице за екстерну дефибрилацију: за децу и за одрасле“.

Питање: Да ли ће бити прихватљива понуда уколико се понуди уређај са електродама за спољашњу дефибрилацију које у свом склопу садрже и педијатријске електроде?

ОДГОВОР: - Могу се понудити папучице за спљашњу дефибрилацију које у свом склопу садрже електроде и за одрасле и за децу.

Питање бр.3: „Папучице на себи морају имати уграђен прекидач за пуњење и пражњење енергије, као и светлосни индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у бар три нивоа индикације“.

Питање: Да ли је прихватљиво да приказ квалитета контакта електрода за спољну дефибрилацију са пацијентом буде на колор екрану уређаја?

ОДГОВОР: - Ова техничка карактеристика има своје практичне предности у односу на приказ квалитета контакта папучица са кожом пацијента на екрану уређаја. Како ову карактеристику испуњава више произвођача, Наручилац остаје при карактеристици захтеваној у Конкурсној документацији.

Питање бр.4: „Визуелна и звучна индикација напуњености енергије са светлосним индикаторима на папучицама“.

Питање: Уколико већ постоји визуелни приказ на екрану и аудио индикација напуњености за испоруку шока, а узимајући у обзир да се време реанимације прати приказ параметара на екрану, предлажемо да светлосни индикатори на електродама за спљну дефибрилацију буду избрисани из захтеваних карактеристика.

ОДГОВОР: - Ова техничка карактеристика има своје практичне предности због честог коришћења у неповољним околностима (бука, неповољна позиција апарата, итд) у односу на приказ на екрану уређаја, тако да Наручилац остаје при карактеристици захтеваној у Конкурсној документацији.

Питање бр.5: „Брз опоравак базне линије ЕКГ-а након дефибрилације, максимално 3 секунде“.

Питање: Након колике задате и испоручене енергије захтевате да се базна ЕКГ линија опорави у максималном времену од 3 секунде?

ОДГОВОР: - Потребно је да након испоручене максималне енергије дефибрилације опоравак базне линије ЕКГ-а буде до 3 секунде.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
