



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 903.

Датум: 21.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
250 К /2014**

Партија бр.2: РАДИОТРАНСПАРЕНТНИ ОПЕРАЦИОНИ СТО

Питање бр.1:

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у јавној набавци за Медицинску опрему за клинику за неурохирургију, ЈН број 250К/2014, молимо за додатно појашњење следећег:

1. У конкурсној документацији, прилог бр.7- Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбедивање гаранције квалитета,

рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за партију бр. 2 - Радиотранспарентни операциони сто, ставком број 14 је захтевано: „Могућност померања плоче стола по уздужној оси минимум 250мм.

Из наведеног захтева се недвосмислено закључује да је потреба крајњег корисника да се на овај начин омогући снимање пацијента помоћу рентгена са „С луком“ у операционој сали.

Молимо за појашњење да ли је прихватљиво понудити операциони сто без ове карактеристике, а да функција и потреба за снимањем пацијената „С луком“ буде задовољена путем другог технолошког решења и у оквирима захтевајућих димензија и више?

Захтеване измене техничких карактеристика ничим не умањују квалитет нити функционалност тражене опреме, не фаворизују одређеног произвођача или онемогућавају друге потенцијалне понудаће да доставе понуду.

ОДГОВОР: - У „Осталим обавезним условима“ на страни 39 од 49 Конкурсне документације, у тачки 1 стоји: „Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање“. У овој тачки је садржан одговор на постављено питање.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
