



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број: 951.

Датум: 29.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:  
254 К /2014**

**Партија 1-Фолије за стерилизацију у запарно формалдехидски стерилизатор**

**Питање:**

1. Имајући у виду да се захтева достава узорка било које димензије молимо Вас да ипак дефинишите димензије траженог узорка или по комад од сваке димензије јер се ролне у току циклуса стерилизације не понашају исто због величине запремине различитих ширина. Мање димензије-ширине ролне имају мању запремину и лакше подносе притисак паре док је код већих-ширих ролни тај притисак већи па није исто када потенцијални понуђачи доставе различите ширине ролни.

2. Молимо Вас да нам јасно дефинишите које ћете параметре вредновати при оцени тестирања тражених узорка у Вашој централној стерилизацији?

3. Који је минимум норми, одн. стандарда које треба да испостују понуђене ролне за парно-формалинску стерилизацију?

4. Каква је динамика испоруке робе, све одједном, 50% одмах и 50% након 6 месеци или сл.

Имајући у виду да је укупна партија око 600 ком ролни тачнија информација би нам значила ради израде сто боље понуде у договору са ино-фабриком.

**Партија 2-Фолије за стерилизацију у плазма стерилизаторима**

**Питање:**

1. Увидом у конкурсну документацију за ову партију уочили смо да сте у претходним тендерима захтевали у делу обавезни услови доставу студије, сертификата или сл. о компатибилности производа-фолија за коришћење у стерилизаторима које и Ви поседујете а то су марке Johnson&Johnson док у овом тендеру то нисте тражили. Да ли је потребно доставити сертификате о компатибилности, да ли ће то бити обавезни или додатни услов или остајете при томе да није потребно.

2. Молимо Вас да нам јасно дефинисите које ћете параметре вредновати при оцени тестирања тражених узорка?

3. Који је минимум норми, одн. стандарда које треба да испостују понуђене ролне за плазма стерилизацију?

4. Каква је динамика испоруке робе, све одједном, 50% одмах и 50% након 6 месеци или сл.

Имајући у виду да је укупна партија око 180 ком ролни тачнија информација би нам значила ради израде што боље понуде у договору са ино-фабриком.

5. Имајући у виду да се захтева достава узорак било које димензије молимо Вас да ипак дефинишите димензије траженог узорка или по комад од сваке димензије јер се ролне у току циклуса стерилизације не понашају исто због величине запремине различитих ширина.

**ОДГОВОР:**

**1. Наручилац захтева од понуђача да уз своју понуду достави узорке следећих димензија:**

**-За фолије за стерилизацију у парно формалдехидским стерилизаторима – један узорак од фолије ширине 20 cm, 25 cm или 30 cm, дужине 2 m.**

**-За фолије за стерилизацију у плазма стерилизаторима – један узорак од фолије ширине 20 cm, 25 cm, 35 cm или 50 cm, дужине 2 m.**

**2. Током тестирања достављених узорак фолија за стерилизацију, комисија ће оцену узорак извршити након следећих провера:**

**Пре процеса стерилизације-присуство индикатора за парно-формалдехидну или плазма стерилизацију, интегритет фолије приликом паковања**

**После процеса стерилизације-јасно уочљива промена боје индикатора у складу са препорукама произвођача фолије, очуваност интегритета фолије, одсуство слепљивања, могућност асептичног отварања.**

**3. Конкурсној документацијом нису захтевани стандарди, већ само Решење АЛИМС-а и наручилац остаје при том захтеву.**

**4. Наручилац није у могућности да дефинише прецизану динамику испоруке. Како се ради о количинама планираним за потрошњу за годину дана у конкурсној документацији је наглашено да се ради о сукцесивној испоруци која ће бити извршена након писмене поруџбенице наручиоца.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

---